

Katowice, dn. 18.11.2013 r.

WIW.AG.ZP.272.12.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro na: dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych – II tura. Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.12.2013

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź.

Dotyczy pakietu 49

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wialek z nakrętkami o identycznych parametrach bez pudełka z szufladkami?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w KATOWICACH

lek. wet. Tadeusz Sarna