

WIW.AG.ZP.272.12.2013

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na: dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń  
laboratoryjnych – II tura. Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.12.2013**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje:

**I. Do w/w postępowania zostały złożone następujące oferty:**

**OFERTA NR 1**

ANCHEM Sp.j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzybrodzka 23, 04-041 Warszawa.

**OFERTA NR 2**

„SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin.

**OFERTA NR 3**

MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź.

**OFERTA NR 4**

NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa.

**OFERTA NR 5**

Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

**OFERTA NR 6**

Agles Laboratory Equipment&Filtration, ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice.

**OFERTA NR 7**

Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.

**OFERTA NR 8**

CARO Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 30, 48-250 Głogówek.

**OFERTA NR 9**

MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśluborska 89, 60-432 Poznań.

**OFERTA NR 10**

BIOMIBO, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa.

**OFERTA NR 11**

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź.

**OFERTA NR 12**

GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków.

**OFERTA NR 13**

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CHEMLAND Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński.

**OFERTA NR 14**

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

**OFERTA NR 15**

ODCZYNNIKI Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice.

**OFERTA NR 16**

SCIENCE PLAST Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

**OFERTA NR 17**

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

**OFERTA NR 18**

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

**II. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano z uwagi na najwyższą ilość zdobytych punktów następujące oferty:**

Nr oferty	Nazwa firmy oraz adres wykonawcy	dla pakietu:
1	ANCHEM Sp.j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzybrodzka 23, 04-041 Warszawa.	7,8,49,54,55,58,61
3	MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź.	13,32,46,81
4	NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa.	33,72
5	Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.	77
7	Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.	27,28,38,79,80,84,85
8	CARO Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 30, 48-250 Głogówek.	56

9	MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśluborska 89, 60-432 Poznań.	20
10	BIOMIBO, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa.	35
12	GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków.	19,40
13	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CHEMLAND Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński.	16,26,48,53, 75,86.
14	VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.	18,22,25,44, 71,73,
15	ODCZYNNIKI Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice.	3,29,39,42,45, 47,51,57,76, 83
16	SCIENCE PLAST Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.	70
17	Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.	6,62,
18	Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń	12,68,

**III. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odrzucono oferty niżej wymienionych firm:**

**OFERTA NR 1 dla pakietu: 4, 56**

ANCHEM Sp.j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzybrodzka 23, 04-041 Warszawa.

Zamawiający w pakiecie 4 oraz 56 wymagał zaoferowania takiego produktu jak: strzykawki o poj. 2 ml, np.: takie jak Braun REF-4606027 lub równoważne.

Zaoferowano strzykawki o poj. 3 ml. - Zamawiający stwierdza że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**OFERTA NR 8 dla pakietu: 42 poz. 2**

CARO Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 30, 48-250 Głogówek.

Zamawiający w pakiecie 42 poz. 2 wymagał zaoferowania takiego produktu jak: rękawiczki lateksowe, polimerowane, bezpydrowe, rozmiar: S -40 op, rozmiar M - 20 op.

Oferowane rękawiczki nie są polimerowane - Zamawiający stwierdza że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**OFERTA NR 10 dla pakietu: 77**

BIOMIBO, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa.

Zamawiający w pakiecie 77 wymagał zaferowania takiego produktu jak: Płytki Petriego sterylne z wentylacją, zewnętrzna średnica wieczka 90,8-92mm.

Zamawiający na podstawie oferowanych próbek stwierdza, że nie spełniają one wymagań SIWZ ponieważ są za małe, średnica wieczka jest równa 88,4 mm. Wymagania dotyczące wymiarów płytek wynikają z użytkowania urządzenia Mediajet.

**OFERTA NR 11 dla pakietu: 20, 66 poz. 2**

Polgen Sp. z o.o. – Sp. K., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź.

**Pakiet 20 poz. 1,2,3**

Zamawiający wymagał zaferowania takiego produktu jak: Końcówki 50 - 1000 µl, 2 - 100 µl, 0,1 - 10 µl z podwójnym filtrem, do pipet automatycznych. Jednorazowy drobny sprzęt do diagnostyki PCR. Końcówki sterylne, niepirogenne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, o jednorodnej i ultrahydrofobowej powierzchni zapewniającej maksymalną powtarzalność i odzysk próbki, o minimalnym wytwarzaniu piany podczas pipetowania, odporne na obróbkę w autoklawie i działanie chemikaliów.

Oferowane końcówki nie są wolne DNA ludzkiego oraz inhibitorów PCR, nie chronią przed aerozolami oraz biomolekułami ponieważ nie posiadają podwójnego filtra - Zamawiający stwierdza że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pakiet 66 poz. 2**

Zamawiający wymagał zaferowania takiego produktu jak: Końcówki jednorazowe 2 - 20 µl do pipet automatycznych, do diagnostyki PCR. Końcówki z podwójnym filtrem, sterylne (normy USP, DAB, Ph.Eur), wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. Np.: takie jak MERANCO, numer kat. 0030 077.539 lub równoważne.

Oferowane końcówki nie są wolne DNA ludzkiego oraz inhibitorów PCR - Zamawiający stwierdza że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

**OFERTA NR 12 dla pakietu: 23**

GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków.

Zamawiający wymagał w pakiecie 23 zaferowania takiego produktu jak: Końcówki jednorazowe do pipet o pojemności 50-1000 mikrolitrów, pasujące do pipety Transferpette o pojemności 25-250 mikrolitrów, sterylne, pakowane w pudełkach sterylnych. Np.: takie jak SARSTEDT nr kat. 70.762.100 lub równoważne.

Zamawiający na podstawie oferowanych próbek stwierdza, że nie są one kompatybilne z pipetą Transferpette o pojemności 25-250 mikrolitrów. Pipeta nie zrzuca oferowanych końcówek.

**OFERTA NR 13 dla pakietu: 32,74 poz. 3**

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CHEMLAND Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński.

**Pakiet 32**

Zamawiający wymagał zaferowania takiego produktu jak: Poz. 1. - Pipeta sterylna jednorazowa o pojemności 1ml pakowana indywidualnie w worek papierowo - foliowy sterylizowane radiacyjnie z certyfikatem. 2 opak. a'

1000 szt., w poz. 2. - Pipeta sterylna jednorazowa o pojemności 10ml pakowana indywidualnie w worek papierowo- foliowy sterylizowane radiacyjnie z certyfikatem. 2 opak. a' 500 szt.

Zaoferowano w poz. 1 – Pipeta sterylna o poj. 1ml...- (1000 szt.) w poz. 2 - Pipeta sterylna o poj. 10 ml. (500 szt.). Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ zaoferowano niezgodną ilość pipet.

#### **Pakiet 74 poz. 3**

Zamawiający wymagał zaoferowania takiego produktu jak: Kuwety laboratoryjne białe, plastikowe, nadające się do żywności o wymiarach podstawy 360-410mm – 260-310mm i wysokości 100-120mm Np.: takie jak ROTH Rotilabo 0778.1 lub równoważne.

Zaoferowano kuwety laboratoryjne o wymiarach 420x520x120 mm. Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia - oferowane kuwety mają za duże rozmiary.

#### **OFERTA NR 14 dla pakietu: 33**

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

#### **Pakiet 33**

Zamawiający wymagał zaoferowania takiego produktu jak: w poz. 1 - Pipeta automatyczna wielowymiarowa o poj.10-100ul... oraz w poz. 2 Pipeta automatyczna wielomiarowa o poj.100-1000ul... W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał błędne numery katalogowe przykładowych pipet o których mowa w odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 15.11.2013 r. Zamawiający wymagał zaoferowania pipet autoklawowalnych w całości np.: takich jak Finnipette o numerach kat.:

- poz 1: Finnipette 4642070 lub równoważne.
- poz 2: Finnipette 4642090 lub równoważne.

Zaoferowane pipety są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ nie są autoklawowalne w całości.

#### **OFERTA NR 15 dla pakietu: 75**

ODCZYNNIKI Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice.

Zamawiający wymagał zaoferowania takiego produktu jak: Lejek szklany średnica 50 mm.

Np.: taki jak Chemland nr kat.08.238.202.50 lub równoważny - 50 szt.

Zaoferowano lejek szklany średnica 50 mm. – 90 szt. Zamawiający stwierdza, że oferowana ilość jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **OFERTA NR 16 dla pakietu: 19, 21, 72**

SCIENCE PLAST Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.

#### **Pakiet 19 poz. 2**

Zamawiający wymagał zaoferowania takiego produktu jak: Nisko adhezyjne, uniwersalne końcówki o poj. 300 µl. pasujące do powszechnie znanych typów pipet automatycznych... Np.: takie jak GENOPLAST, nr katalogowy: GP300NS lub równoważne.

Zamawiający na podstawie oferowanych próbek stwierdza, że są one niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ nie posiadają odpowiedniej długości kołnierza.

#### **Pakiet 21 poz. 3, oraz pakiet 72**

Zamawiający wymagał zaoferowania takiego produktu jak: Kończówki jednorazowe do pipet automatycznych Finntip, o pojemności 1 ml i długości nie mniejszej niż 10,5cm.

Zamawiający na podstawie oferowanych próbek stwierdza, że oferowane końcówki są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ ich długość jest równa 10,2 cm, zamiast wymaganej 10,5 cm. W związku z powyższym oferowane próbki nie są kompatybilne z sprzętem będącym na wyposażeniu pracowni.

#### **OFERTA NR 18 dla pakietu: 33, 69**

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

##### **Pakiet 33**

Zamawiający wymagał zaoferowania pipet autoklawowalnych w całości.... np.: takich jak Finnpiquette o numerach kat.:

- poz 1: Finnpiquette 4642070 lub równoważne.
- poz 2: Finnpiquette 4642090 lub równoważne.

Zamawiający w dniu 25.11.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do oferty. Na podstawie przysłanej odpowiedzi Zamawiający stwierdza, że oferowane pipety są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ są zbyt szerokie, miejsce na etykietę nie jest osłonięte przezroczystym tworzywem sztucznym, ponadto za małą dokładność dla 100um w pipecie 100-1000 jest 1,6% zamiast wymaganej 1,4%.

##### **Pakiet 69**

Zamawiający wymagał zaoferowania takiego produktu jak: Garnek stalowy o średnicy 31cm szerokość z uszami max 39cm.

Zamawiający w dniu 25.11.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do oferty. Na podstawie przysłanej odpowiedzi Zamawiający stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Średnica zaoferowanego garnka wraz z uszami jest za duża ( 43,5 cm.).

#### **IV. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczono z postępowania firmę:**

##### **OFERTA NR 6**

Agles Laboratory Equipment&Filtration, ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice.

Zamawiający w dniu 28.11.2013 r. wezwał Wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) do przedstawienia **oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii** „Zaświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu składek” wystawionego przez ZUS w Słubicach Nr 1101411ZN13/000634. Niniejsze żądanie stało się konieczne, w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w § 7 ust. 3 ww. Rozporządzeniu. Wykonawca nie przesał **oryginału** dokumentu w wyznaczonym terminie do 02.11.2013 r. godz. 13:00.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta została odrzucona dla pakietów: 1,2,3,4,5,10,12,13,14,16,18,25,27,35,43,44,53,56,65,73,83,85.

#### **V. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowanie zostało unieważnione dla pakietów:**

1,2,4,5,9,10,11,14,15,17,21,23,24,30,31,34,36,37,41,43,50,52,59,60,63,64,65,66,67,69,74,78,82,87,88,89. 90,91,92 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

## VI. Termin podpisania umowy

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostaną zawarte w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, niniejsze informacje zostały zamieszczone również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
w KATOWICACH  
lek. wet. Tadeusz Sarna

Zal.: 1 - Zestawienie cen brutto poszczególnych ofert

Zal.: 2 - Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Pawełczyk B. 