

Katowice, dn. 2013-11-14

WIW.AG.ZP.272.22.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.22.2013 na: **dostawę wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania .

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 25

Zwracamy się z prośbą o podanie pełnej nazwy chemicznej zamawianego wzorca analitycznego 1-alfa-testosteron C₁₉H₂₈O₂ oraz o podanie jego numeru CAS, gdyż podane przez Zamawiającego dane są niewystarczające, aby zidentyfikować, co Zamawiający miał na myśli

Odpowiedź:

Prawidłowa nazwa to: 17 alfa-1-testosteron m.cz.288,2 C₁₉H₂₈O₂ , brak nr CAS

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworów wzorcowych o objętości 125 mL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów jakościowych produktów w języku angielskim (dokumentów z których wynikać szczegółowy skład produktów- certyfikatów)? Informacje zawarte na nich to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez względu na język, w którym został przygotowany certyfikat np. zawartość poszczególnych pierwiastków , dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu wzorcowego ołowiu w 0,5% HNO₃?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu wzorcowego rtęci w 5% HNO₃?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.