

Katowice, dn. 2013-11-20

WIW.AG.ZP.272.23.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.23.2013 na: **dostawę odczynników chemicznych oraz odbiór zużytych opakowań.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania (II TURA). Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź.

Pytanie – dotyczy Pakietu Nr 31.

Czy Zamawiający może określić pojemność kolumienek ZearalaTest-VICAM lub podać nr katalogowy (G1012 ZearalaTest - poj. kolumienki = 1ml, G1026 ZearalaTest WB - poj. kolumienki = 3ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania kolumienek Zearala Test Vicam o pojemności 1 ml takie jak G1012 1op. a'25 szt.