

Katowice, dn. 19.06.2013 r.

WIW.AG.ZP.272.7.2013

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro na:
dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych.
Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272.7.2013**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a,
40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w
postępowania.

**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź.**

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 46

1. Czy worki mają być z filtrem bocznym, czy na całej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków do Stomachera z filtrem bocznym lub na całej powierzchni, o pojemności 400 ml.