

WIW.AG.ZP.272.12.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.12.2014 na: **dostawę odczynników chemicznych oraz odbiór zużytych opakowań.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania /II TURA/. Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu Nr 13 – poz. 3

Załącznik nr 2. do SIWZ, pakiet 13 poz. 3. Produkty dedykowane organicznej analizie śladowej oferowane przez większość producentów należą do grupy odczynników, których gwarantowane terminy ważności są bardzo krótkie. Jest to związane z procesem rozkładu związków najczęściej wywoływanym przez wolne rodniki. Odczynniki są z tego powodu w sposób specyficzny oczyszczane i stabilizowane dzięki czemu w mogą być trwałe, ale często nie dłużej niż do 6 miesięcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika o terminie ważności 6 miesięcy?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie odczynnika o terminie ważności 6 miesięcy**

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu Nr 8– poz. 2

Czy zaakceptują Państwo odczynnik o załączonym przykładowym certyfikacie analizy jako równoważny dla produktu wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ, pakiet 8, poz. 2?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu Nr 8– poz. 3

Czy zaakceptują Państwo odczynnik o załączonym przykładowym certyfikacie analizy jako równoważny dla produktu wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ, pakiet 8, poz. 3?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu Nr 8– poz. 3

Czy zaakceptują Państwo odczynnik o załączonym przykładowym certyfikacie analizy jako równoważny dla produktu wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ, pakiet 8, poz. 3?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu Nr 13– poz. 1

Czy zaakceptują Państwo odczynnik o załączonym przykładowym certyfikacie analizy jako równoważny dla produktu wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ, pakiet 13, poz. 1?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika o wymienionej specyfikacji**

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu Nr 41

Czy zaakceptują Państwo odczynnik o załączonym przykładowym certyfikacie analizy jako równoważny dla produktu wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ, pakiet 41?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika o wymienionej specyfikacji**

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu Nr 8– poz. 2 i 3

Załącznik nr 2 do SIWZ, pakiet 8, poz. 2, 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika w ilości 4 x 2,5 l zamiast 10 opakowań 1 l.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opakowań**

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu Nr 13– poz. 1

Załącznik nr 2 do SIWZ, pakiet 13, poz. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika w ilości 8 x 2,5 l zamiast 20 opakowań 1 l.

Odpowiedź: : *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opakowań*

Pytanie 9 – dotyczy Pakietu Nr 15– poz. 5, 6, 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z załącznika 2 do SIWZ, pakiet 15, odczynników z pozycji 5, 6, 7 i utworzenie z nich osobnej części. Podział taki umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, co w konsekwencji znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

Pytanie 10

Czy Zamawiający zaakceptuje dołączenie do oferty przetargowej certyfikatów w języku angielskim?

Odpowiedź: : *Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty przetargowej certyfikatów w języku angielskim*

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu Nr 18– poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 18 pozycji 1 i 2 ponieważ pozycja 3 jest innego producenta. Złożenie oddzielnych ofert na pozycje 1,2 i 3 będzie korzystniejsze finansowo dla zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

Pytanie 12 – dotyczy Pakietu Nr 19– poz. 3

Z uwagi na wycofanie Rozcieńczalnika BXXO z produkcji prosimy o wykreślenie tej pozycji z Pakietu.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

Załączniki:

5 x certyfikaty