

WIW.AG.ZP.2720.18.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. W załączniku Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 5 otrzymuje brzmienie:

„Pakiet 5

Chłodziła klasy laboratoryjnej o parametrach minimalnych – 3szt.

1. Pojemność użytkowa 600l ± 20l,
2. Zakres temperatury 0 – 15 °C
3. Wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 600 - 800/1800 – 2010/600 – 900mm.
4. Izolacja cieplna zamrażarki pianka poliuretanowa o grubości co najmniej 75 mm.
5. Liczba ażurowych półek min. 7 (z możliwością montażu dodatkowych w przyszłości)
6. Jednorodność temperatury we wnętrzu komory +/- 1 °C lub lepsza.
7. Stabilność temperatury w czasie +/- 1 °C lub lepsza.
8. Wewnętrzny wentylator umieszczony na górnej ścianie komory (wykluczony wentylator na ścianie tylnej ze względu na łatwą możliwość „przysłaniania” wentylatora materiałem na półce).
9. Automatyczne rozmrażanie.
10. Drzwi pełne, blokowane kluczem.
11. Oświetlenie wewnętrzne komory.
12. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 lub lepszej.
13. materiał obudowy: blacha malowana proszkowo, kolor srebrny
14. Włącznik główny umieszczony w górnej, frontowej części urządzenia.
15. Sterownik rozszerzony: sterowanie mikroprocesorowe, membranowe przyciski, lokalizacja sterownika w górnej części urządzenia. Sterownik z własnym zasilaniem baterijnym, z funkcją wyświetlania komunikatów tekstowych (w języku polskim) informujący o stanach alarmowych (jak np. awarie zasilania), oraz trybie pracy (jak np. chłodzenie, rozmrażanie), wyposażony w funkcje rejestracji stanów alarmowych. System alarmowy: alarmy wizualne oraz akustyczne (m.in. odstępstw od zadanej temperatury, braku/ awarii zasilania).
16. Ustawianie temperatury z dokładnością co najmniej 1 °C.
17. Wyświetlacz wskazujący temperaturę zadaną i temperaturę aktualną wewnątrz komory.
18. Izolowany port zlokalizowany na ścianie bocznej lub tylnej umożliwiający przeprowadzenie sondy temperaturowej.
19. Pobór mocy nie większy niż 5,5 (kW/24 godz.) Zasilanie 230V, 50Hz.
20. Minimum 2 lata gwarancji.
21. Zamawiający wymaga wniesienia chłodziarek we wskazane miejsce oraz ich zainstalowanie, w terminie wcześniej uzgodnionym z Kierownikiem Pracowni.

22. W czasie instalacji musi zostać wykonana kwalifikacja instalacyjna i operacyjna dla urządzenia (IQ i OQ) - zawierająca rozkład temperatury w 12 punktach. Kwalifikacja musi zostać przeprowadzona i udokumentowana przez autoryzowany serwis z akredytacją wydaną przez PCA."

II. W rozdziale nr IV SIWZ - termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia upływa z dniem 28-11-2014”

III. W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Produkty będące przedmiotem niniejszej umowy będą dostarczone do dnia: 28-11-2014 r. ”

IV. W rozdziale nr XII – opis sposobu przygotowania ofert, w części A pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, oznakowanej w następujący sposób:

WIW.AG. ZP.272.18.2014

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę urządzeń laboratoryjnych.

Ilość stron oferty

NIE OTWIERAĆ DO 16.09.2014 r. GODZINA 9¹⁵!

V. W rozdziale nr XIII – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 16.09.2014 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 16.09.2014 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 22A.

Sprawa prowadzona
w systemie tradycyjnym

Pawłajczyk H.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w KATOWICACH

T. Sarna
lek. wet. Tadeusz Sarna