

WIW.AG.ZP.2720.20.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnych art. laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. W załączniku Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 20 poz. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„Pakiet 20 poz. 1

Pipeta automatyczna poj. 2-20 ul

Krok nastawny 0,1ul

Dokładność 20ul $\pm 0,2ul$

10ul $\pm 0,15ul$

2ul $\pm 0,06ul$

Precyzja 20ul $\pm 0,08ul$

10ul $\pm 0,07ul$

2ul $\pm 0,05ul$

Cv% 20ul $\pm 0,4\%$

10ul $\pm 0,7\%$

2ul $\pm 2,5\%$

Z certyfikatem (dołączonym do towaru) - 2 szt.

Pakiet 20 poz. 2

Pipeta automatyczna poj. 5 - 50ul

Krok nastawny 0,5ul

Dokładność 50ul $\pm 0,3ul$

25ul $\pm 0,25ul$

5ul $\pm 0,15ul$

Precyzja 50ul $\pm 0,6ul$

25ul $\pm 1ul$

5ul $\pm 3ul$

Cv% 50ul $\pm 0,3\%$

25ul $\pm 0,5\%$

5ul $\pm 2,5\%$

Z certyfikatem (dołączonym do towaru) - 2 szt.”

II. W załączniku Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 30 poz. 1 otrzymuje brzmienie:

„Pakiet 30 poz. 1 Cylindry do przechowywania narzędzi z PP białe, do przechowywania lub wstępnego oczyszczania narzędzi i termometrów, autoklawowalne 2 opak. a 5 szt.”

*Zastępca Śląskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii*

Agnieszka Długier