

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 134.000 euro.

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

ZATWIERDZAM:

(strony 1-43)
**Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w KATOWICACH**

lek. wet. Tadeusz Gafna.....
Śląski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2014r.

WIW.AG.ZP.272.23.2014

mgr Andrzej Kawala
RADCA PRAWNY
[Signature]
Kt-1890

[Signature]

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479

Telefon: (32) 609-16-18, 609-16-11; fax: (32) 609-16-18

witryna www: [http:// bip.katowice.wiw.gov.pl](http://bip.katowice.wiw.gov.pl)

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: *od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.*
3. Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: **WIW.AG.ZP.272.23.2014**
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
5. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*).
6. Ogłoszenie o zamówieniu:
 - a. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - b. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,
 - c. zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
7. SIWZ udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia z 2004 r. z późniejszymi zmianami, oraz o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akta wykonawcze do ustawy.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych
2. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na **2 Pakiety:**

PAKIET 1 - CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM MASOWYM TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL - 1 ZESTAW.

PAKIET 2 – CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM FLD i DAD - 1 ZESTAW

3. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 38000000-5, 38432200-4
4. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 2 do SIWZ.**
5. Wymagana jest, co **najmniej 24 miesięczna gwarancja oferowanego urządzenia**, liczona od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji w siedzibie Zamawiającego.
6. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i standardy.
7. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

8. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona dokumentacja użytkowa napisana w języku polskim.
9. Do sprzętu winna być dostarczona instrukcja napisana w języku polskim.
10. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.
11. Wymagany termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 24 godzin od zgłoszenia.
12. *Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA winna być wystawiona osobna Faktura VAT), dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna*
13. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem.
14. *Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować to, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez dołączenie opisu technicznego wraz (ewentualnie) ze zdjęciami, katalogami oferowanego urządzenia.*

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany **NIEPRZEKRACZALNY** termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do 19 grudnia 2014 r.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: magazyn w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
 - 2) wykażą, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych spełniają warunki, dotyczące:
 - a) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;*
 - b) *posiadania wiedzy i doświadczenia*
 - c) *dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*
 - d) *sytuacji ekonomicznej i finansowej.*
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach Wykonawcy, wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił, a ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie 1 oraz braku podstaw do wykluczenia

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
7. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** /oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. *Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.*
8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VII SIWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom.

ROZDZIAŁ VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty

1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw / tożsamych do przedmiotu zamówienia/, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie **wg załącznika nr 7 do SIWZ.**
 - 1.1. Dowodami, o których mowa powyżej są:
 - a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych *poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu* składania ofert;
 - b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej
 - 1.2. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 3 budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. **Oplaconą polisę**, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

ROZDZIAŁ VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia do oferty przetargowej następujących dokumentów:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - **Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.**
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku zamówień innych niż zamówienia o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej **Polskiej** składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zgodnie z - § 4 ust. 1.
10. Stosownie do § 7 ust. 1 i 4 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 **dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.** Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawca, wraz z ofertą, złożył **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII.

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty przetargowej:

1. **Ważny** certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

2. Dokumentację techniczną – np. katalog oferowanego produktu ze wskazaniem producenta, nr katalogowego, wraz z szczegółowym opisem technicznym, umożliwiającym weryfikację, czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi w załączniku nr. 2 do SIWZ. Kserokopie katalogów winne być opisane numerem Pakietu którego dotyczą.
3. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim oraz potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego z Wykonawcami.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji, które mogą być przekazane za pomocą faksu +48 (32) 60-91-618 lub drogą elektroniczną – na adres joanna-zys@katowice.wiw.gov.pl, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (w przypadku wnoszenia odwołań wymagana jest forma pisemna).
6. Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń drogą elektroniczną lub faksem **został niezwłocznie potwierdzony**.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
8. Zamawiający udzieli, wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

10. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
12. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej.
13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Joanna Żyszczyńska – pokój 22 B, telefon: (32) 609-16-18, (32) 42 88 618 faks (32) 609-16-18, adres e-mail: joanna-zys@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium.

1. Zasady wnoszenia wadium
 - a) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20 listopada 2014 r. do godz. 09.00 z adnotacją: Wadium - Nr sprawy: WIW.AG.ZP. 272.23.2014
 - b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620).

2. Wysokość wadium:

PAKIET 1 – 50.764,00 PLN /*słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote//*

PAKIET 2 – 8.195,00 PLN /*słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych/*

WADIUM RAZEM: 58.959,00 PLN

słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych

3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać przebrane na rachunek bankowy Zamawiającego:

Narodowy Bank Polski O / Katowice 98 1010 1212 0050 8913 9120 0000;

i musi wpłynąć na w/w rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem składania ofert,

4. Zasady zwrotu wadium:

- 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 6) Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

CZEŚĆ A.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, **w języku polskim**. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. **Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.**

5. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
8. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
9. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

14. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
15. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy, Wykonawca winien, we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
16. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, oznakowanej w następujący sposób:

WIW.AG.ZP.272.23.2014

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH.

Ilość stron oferty

NIE OTWIERAĆ DO

20 listopada 2014 rok GODZINA 9¹⁵!

17. *W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.*

CZEŚĆ B – ZAWARTOŚĆ OFERTY

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedstawienia wymienionych niżej dokumentów i oświadczeń.

Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r /Dz. U. poz. 231 /, mogą być

przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.

1. Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ:

- 1) Wypełniony, podpisany i opieczetowany (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
- 2) Wypełnione, podpisane i opieczetowane (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje asortymentowo-cenowe dla każdego **zaoferowanego** przez Wykonawcę Pakietu /załączniki 1.1 do 1.2. do niniejszej SIWZ/.

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

- 2.1. Oświadczenie i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ;
- 2.2. Oświadczenie i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VII SIWZ - pkt. 1 i 7 lub odpowiednio w pkt. 8 i 9.
- 2.3. Dokument wymagany postanowieniami Rozdziału VII SIWZ-pkt.11 - *Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 2.4. dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VIII SIWZ pkt 1 -3.
- 2.5. dowód wniesienia wadium, wymagany postanowieniami Rozdziału X SIWZ

ROZDZIAŁ XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 20 listopada 2014r. do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 2014r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 22 A.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności , warunków płatności zawartych w ofercie.

5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium: cena brutto za całość zamówienia - 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną za całość zamówienia.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.

3. Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena 100%

1.1. Kryterium ceny - *Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN.* Najwyższą liczbę punktów za w/w kryterium (100 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto na dany Pakiet, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto na dany Pakiet}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times 100\%$$

C – ilość punktów za cenę

- 1.2.** Najkorzystniejsza oferta – oferta nie podlegająca odrzuceniu o największej ilości punktów za w/w kryterium dla danego Pakietu.
- 2.** Wyjaśnień treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.** Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XVI.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - 1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 - 2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
 - 3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
 - 1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - 2) wskazanie Pełnomocnika,
 - 3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
 - 4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 uPzp. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XVII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ XIX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom , a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 1) Formularz oferty - zał. 1. oraz specyfikacje asortymentowo-cenowe- zał. 1.1. -1.2.**
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –zał. 2**
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu/art. 22 ust. 1 ustawy pzp – zał.3.**
- 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp – zał. 4.**
- 5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej(druk)-zał. 5**
- 6) Wzór umowy- zał. 6**
- 7) Wykaz wykonanych dostaw - zał. 7**
- 8) Oświadczenie o tajności dokumentów – zał. 8**

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA PRZETARGOWA

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

Adres:

ul. _____ nr _____

kod pocztowy _____ miejscowość: _____ województwo _____

tel. _____ fax _____

Regon _____ NIP _____

Adres e-mail: _____

W związku z przetargiem nieograniczonym Nr **WIW.AG.ZP.272.1.2014** powyżej 134 000 euro na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia** w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: PLN

PROSZĘ TYLKO ZAZNACZYĆ ZAOFEROWANY PAKIET

Numer Pakietu	Ogólna Wartość brutto Pakietu
PAKIET 1	
PAKIET 2	

II.

1. **Oświadczamy, że posiadamy koncesje, zezwolenia lub licencje** (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym).
 2. **Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.**
 3. **Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.**
 4. **Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni** od terminu składania ofert.
 5. **Bez zastrzeżeń, przyjmujemy również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**
 6. **Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.**
 7. **Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców***, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 - a) ,
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
 8. **Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” TAK / NIE**
 9. **WADIUM w kwociezostało wniesione w dniu w formie**
 10. **Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zaoferowany zestaw urządzenia laboratoryjnego na okres.....(min. 24 m-ce)**
 11. **Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy**
tel. fax. **adres e-mail**
 12. **Dla wykazania wiarygodności naszej firmy w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu nieograniczonego, przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:**
 - a/str. oferty
 - b/ str. oferty
- data

.....
(pieczęć i podpis osób
uprawnionych do podejmowania
zobowiązań)

**niepotrzebne skreślić*

*** jeżeli dotyczy Wykonawcy*

ZAŁĄCZNIK 1.1. DO SIWZ

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO /OSOBNO/ PRZEZ WYKONAWCĘ PAKIETU/

PAKIET 1 - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

LP	Nazwa urządzenia	Ilość	cena netto	Podatek Vat% oraz kwota	cena brutto	Ogólna wartość netto	Ogólna wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1.		1 zestaw						
RAZEM:								

Ogółem wartość netto PLN

Słownie:

VAT.....PLN

Słownie:

Ogółem wartość brutto PLN

Słownie:

OKRES GWARANCJImiesiący

Data

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

ZAŁĄCZNIK 1.2. DO SIWZ

PAKIET 2 - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

LP	Nazwa urządzenia	Ilość	cena netto	Podatek Vat% oraz kwota	cena brutto	Ogólna wartość netto	Ogólna wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1.		1 zestaw						
RAZEM:								

Ogółem wartość netto PLN

Słownie:

VAT.....PLN

Słownie:

Ogółem wartość brutto PLN

Słownie:

OKRES GWARANCJImiesiący

Data

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 - CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM MASOWYM TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL – 1 zestaw.

L.P.	PARAMETRY TECHNICZNE <u>zestawu</u> WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO	
1.	POMPA	<ol style="list-style-type: none">1) Pompa binarna gradientowa min 4-tłokową z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia.2) ilość rozpuszczalników (eluentów): nie mniej niż cztery z wyborem dwóch rozpuszczalników do pracy w opcji gradientowej (wraz ze zintegrowanym wymiarami degazerem próżniowym czterokanałowym);3) o precyzji przepływu <0,07 % RSD, wymagany gradient po stronie wysokiego ciśnienia,4) zakres przepływu: 0,001 – 5,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 0,001 ml/min,5) wymagana zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L, maksymalne ciśnienie co najmniej : 600 bar.6) Możliwość pracy zarówno w trybie szybkiej chromatografii (tzw. UPLC) jak również w trybie klasycznej chromatografii HPLC. Wymagana opcja obmywania tłoków pompy.
2.	AUTOSAMPLER	<ol style="list-style-type: none">1) autosampler na minimum 100 próbek (wraz z tacą)2) o zakresie nastrzyku 0,1 – 40 ul o precyzji nastrzyku nie gorszej niż 0.25% RSD,3) błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0.004 %.4) Termostatowanie próbek w zakresie nie gorszym niż 4-40 stopni C.

3.	TERMOSTAT KOLUMNOWY	<ol style="list-style-type: none"> 1) termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10°C poniżej temp otoczenia do + 80°C, 2) stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0.15 °C, 3) dokładność temperatury nie gorsza niż : ± 0.8 °C ; 4) termostat powinien posiadać 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną z automatycznym, wbudowanym zaworem przełączania co najmniej 6 kolumn – sterowanym z oprogramowania LCMS
4.	OPCJA DODATKOWEJ ROZBUDOWY	<ol style="list-style-type: none"> 1) możliwość rozbudowy o detektor UV-VIS typu DAD typu o zakresie co najmniej: 190-950 nm posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny: 1, 2, 4, 8, 16 nm, dryft nie gorszy niż : 2×10^{-3} AU/h przy 254 nm 2) możliwość rozbudowy o detektor Fluorescencyjny - FLD (sterowany z tego samego oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm i emisja min. : 280 – 1200 nm 3) z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy);
5.	DETEKTOR MAS LC-MS/MS	<ol style="list-style-type: none"> 1) detektor Mas LC-MS/MS typu potrójnego kwadrupola z pompami turbo i pompą wstępną (wraz z obudową wyciszającą), 2) o czułości nie gorszej niż S/N 10 000:1 (RMS) dla nastryku 1 pg rezerpiny [przejście jonowe m/z 609 do 195] nastrykniętej przed kolumną (ESI MS/MS) – test czułości musi być wykonany po instalacji sprzętu (z rozdziałem na kolumnie). 3) rozdzielczość masowa – nie gorsza niż 0,7 amu/FWHM, 4) stabilność mas <0,1 amu w ciągu 24 godz. 5) zakres masowy – nie gorszy niż : 5 – 3000 amu ; 6) szybkość skanowania minimum 12500 amu/sek. 7) zakres dynamiczny: $> 6.0 \times 10^6$, czas MRM dwell time – nie gorszy niż 1 ms 8) przejścia MRM – nie mniej niż 500 MRM-ów w segmencie czasu, 9) czas przełączania polarności : positive/negative ion mode – 30ms lub krótszy

		<ul style="list-style-type: none"> 10) dokładność masowa nie gorsza niż 0,1 amu (dla zakresu 5-1000 amu) 11) komora kolizyjna – heksapolowa z liniowym przyspieszeniem, 12) kwadrupole muszą być ogrzewane w celu uniknięcia zabrudzenia; 13) nie więcej niż 2 pompy turbomolekularne i pojedyncza pompa próżni wstępnej oraz obudowa wyciszająca pompy próżni wstępnej 14) źródło jonów: Elektrospray (ESI), 15) konieczna możliwość rozbudowy o źródło jonizacji typu Nanospray-Chip MS dla poprawy czułości.
6.	STACJA ROBOCZA TYPU PC	<ul style="list-style-type: none"> 1) stacja robocza typu PC z procesorem nie gorszym niż procesor dwurdzeniowy, 2) zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 3) musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7207 punktów na dzień 25.11.2013 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), 4) pamięć RAM min. 6 GB, HDD: 1000 GB, 5) DVD-R, 6) karta LAN, 7) System operacyjny 64-bitowy, 8) min 24" monitor LCD, 9) drukarka laserowa sieciowa z automatycznym drukiem dwustronnym, 10) oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (LC i MS) i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek widm oraz bibliotekę leków weterynaryjnych zawierającą minimum 500 związków wraz z metodą i wzorcami do pełnej analizy ilościowej dla minimum 140 leków weterynaryjnych , oraz możliwość optymalizacji metod (ustalenie czasu retencji, energii kolizji , fragmentorów , mas jonów potomnych i możliwość tworzenia własnych formatów raportów). 11) stacja robocza typu PC (do niezależnej obróbki danych) z procesorem nie gorszym niż procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7207 punktów na dzień 25.11.2013 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie

		<p>http://www.cpubenchmark.net), pamięć RAM min. 6 GB, HDD 1000 GB, DVD-R, System operacyjny 64-bitowy, min. 21,5" monitor LCD <u>z oprogramowaniem identycznym jak powyżej.</u></p>
	AKCESORIA	<ol style="list-style-type: none"> 1) butla azotu czystości min 6.0 (do komory kolizyjnej) wraz z reduktorem i dzierżawą butli na min. 1 rok. 2) generator azotu wraz ze sprężarką wytwarzający azot o czystości odpowiedniej do detektora mas 3) zestaw trzech urządzeń typu UPS o mocy nie mniejszej niż 3 kVA każde. 4) możliwość pracy zestawu LC/MS w zakresie temperatur w laboratorium : co najmniej 15 - 35 stopni C. 5) Zestaw zapasowych 3 kapilar do szybkiego przełączania polarności oraz co najmniej 500 fiolek z zamknięciami. 6) Wszystkie moduły HPLC i MS muszą posiadać aktualne (najnowsze) oprogramowanie sprzętowe (firmware).
8.	INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Główne moduły zestawu LC/MS (moduły LC i MS) muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej. 2) Wymagany bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego serwisu posiadających uprawnienia do serwisu aparatów LC/MS typu potrójnego kwadrupola (załączyć kopie oryginalnych imiennych Certyfikatów od producenta do oferty . 3) Wykonanie przeglądu serwisowego zestawu LCMS (usługa bezpłatna) na miesiąc przed końcem gwarancji. 4) Przy instalacji musi być dokonany test czułości (parametry czułości muszą być uzyskane po automatycznym strojeniu (autotune) bez manualnej ingerencji operatora. 5) Konieczna współpraca zestawu LC/MS/MS z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu.

		6) Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcyjne itp.).
		7) Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia: minimum 3-etapowe (3 x 2 dni) w 2-4 tygodniowych odstępach po uruchomieniu urządzenia
		8) Szkolenie dotyczące pomocy przy ustawieniu aplikacji związanych z oznaczeniami hormonów i leków weterynaryjnych w żywności i materiale biologicznym (3 x 2 dni).
		9) WYMAGANA GWARANCJA na zestaw minimum 24 m-ce
		10) Instrukcja obsługi do wszystkich części zestawu w języku polskim, dołączona do dostawy
		11) Certyfikat zgodności CE ŚWIADCZĄCY O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z EUROPEJSKIMI WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA – DOŁĄCZONY DO OFERTY
		12) Zestaw posiadający wszystkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. Oraz spełniający wszystkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi

PAKIET 2 - CHROMATOGRAF CIECZOWY Z DETEKTOREM FLD i DAD - 1 ZESTAW.

L.P	PARAMETRY TECHNICZNE <u>zestawu</u> WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO	
1.	POMPA GRADIENTOWA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maksymalne ciśnienie 1200 bar (ponad 17400 psi) (w zakresie przepływu do 2 ml/min) 800 bar do 5 ml/min 2) Zakres szybkości przepływu: 0,001 – 5 ml/min (1 – 5000 µl / min) 3) Gradient czteroskładnikowy (tworzony z maksymalnie 4 składników) 4) 4-kanałowy degazer próżniowy zintegrowany z pompą 5) elektroniczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalnika i eliminacja pulsacji 6) czujnik wycieku eluenta
2.	AUTOSAMPLER WRAZ Z TERMOSTATEM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zakres nastrzyku 0,1 – 20 µl ze standardową pętlą, z krokiem co 0,1 µl oraz kartridż z pętlą umożliwiającą nastrzyki o obj. 40 µl 2) Maksymalne ciśnienie pracy 1200 bar 3) Precyzja nastrzyku: < 0.25 % RSD w zakresie 5 – 20 µl 4) Przeniesienie próbki < 0,004% 5) Termostatowanie próbek w zakresie temperatur 4-40°C 6) Pojemność 100 fiolek 2 ml
3.	TERMOSTAT DO KOLUMN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pojemność minimalnie 3 kolumny o długości 30 cm 2) Zakres termostatowania: co najmniej 10°C poniżej temperatury otoczenia do 80°C . 3) Moduł do elektronicznej identyfikacji zainstalowanej kolumny 4) Termostat powinien posiadać 2 niezależne strefy temperaturowe/ grzania 5) Precyzja/ stabilność temperatury +/- 0,05°C 6) Dokładność temperatury: 0,5°C (z kalibracją) 7) Termostat powinien posiadać minimum 2 wymienniki ciepła o różnej objętości (3 i 6 mikrolitrów); dla konfiguracji z minimalną dyspersją: 2 wymienniki ciepła o różnej objętości 1,6 i 1,5 mikrolitra programowane niezależnie 8) Wymienniki ciepła umożliwiające wstępne termostatowanie rozpuszczalnika przed wejściem na każdą kolumnę i chłodzenie eluatu przed dojściem do detektora 9) Zawór zainstalowany w termostacie do przełączania minimum 3 kolumn, z modulem RFI do identyfikacji zainstalowanego zaworu; 10) maksymalne ciśnienie 1200 bar przy przepływie do 2,5 ml/min 11) Czujnik wycieku fazy ruchomej

4.	DETEKTOR FOTODIODOWY	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zakres długości fali 190-640 nm 2) Szerokość diody: 0,5mm 3) Szerokość szczeliny programowalna w zakresie: 1, 2, 4, 8, nm; programowanie szerokości szczeliny ułatwia optymalizację osiągnięć w zakresie czułości (S/N) i rozdzielczości spektralnej 4) Matryca zawierająca 1024 diody 5) Rejestracja w całym zakresie spektralnym lub praca w trybie 2D dla 8 długości fali 6) Cella pomiarowa UPLC : światłowodowa <i>Max-Light Cell</i> o długości drogi optycznej 10 mm i objętości 1 μl 7) Szum dla celki pomiarowej <i>Max-Light cartridge Cell</i> : poniżej 3×10^{-6} AU 8) Szybkość zbierania danych 160 Hz 9) Moduł RFI do identyfikacji zainstalowanej celki i lampy detektora 10) Zakres przepływu – jak dla całego zestawu HPLC 0,001 do 5 ml 11) Czujnik wycieku eluenta
5.	DETEKTOR FLUORESCENCYJNY	<ol style="list-style-type: none"> 1) Detektor Fluorescencyjny (sterowany z tego samego oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 1200 nm i emisja min. : 200 – 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy, jak w DAD) 2) Źródło światła – pulsowa lampa ksenonowa o częstotliwości pulsowania 296Hz w trybie pracy pojedynczego sygnału lub 74 Hz w trybie ekonomicznym 3) Częstotliwość zbierania danych do 145 Hz 4) Czułość wyrażona jako Raman (H₂O) S/N > 3000 5) Cella o objętości 8 μl 6) Granica oznaczalności dla antracenu < 1,3 fg
6.	OPROGRAMOWANIE	<ol style="list-style-type: none"> 1) umożliwiające sterowanie pracą całego zestawu, rejestrację i obróbkę danych 2) eksport danych do programu Microsoft, 3) możliwość tworzenia własnych formatów raportów, 4) Moduł oprogramowanie do diagnostyki całego układu
7.	ZESTAW KOMPUTEROWY	<p>Wymagane parametry zestawu komputerowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 4GB RAM 2) Dysk Min. 500 MB 3) Procesor min.: i5 4) System operacyjny Windows 7 PRO, angielski, 64bit 5) Monitor LCD min 24" 6) Drukarka laserowa HP COLOR z możliwością dwustronnego wydruku.

	INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO	1) Wymagany bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego serwisu posiadających uprawnienia do serwisu aparatów HPLC (załączyć kopie oryginalnych imiennych Certyfikatów od producenta do oferty .
		2) Wykonanie przeglądu serwisowego zestawu HPLC (usługa bezpłatna) na miesiąc przed końcem gwarancji.
		3) Przy instalacji musi być dokonany test czułości (parametry czułości muszą być uzyskane po automatycznym strojeniu (autotune) bez manualnej ingerencji operatora.
		4) Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcje itp.).
		5) Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia: minimum 3-etapowe (3 x 2 dni) w 2-4 tygodniowych odstępach po uruchomieniu urządzenia
		6) Szkolenie dotyczące pomocy przy ustawieniu aplikacji związanych z oznaczeniami hormonów i leków weterynaryjnych w żywności i materiale biologicznym (3 x 2 dni).
		7)wymagana gwarancja na zestaw minimum 24 m-ce
		8)instrukcja obsługi do wszystkich części zestawu w języku polskim, dołączona do dostawy
		9)certyfikat zgodności ce świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa – dołączony do oferty
		10)Zestaw posiadający wszystkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. Oraz spełniający wszystkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1
USTAWY PZP**

Działając w imieniu

.....
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy – pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....
.....

(pełna nazwa i adres Partnera/ów w przypadku Konsorcjum)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

.....
.....

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejsce, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA***

.....
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu na:

.....
.....
.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*).

.....
(miejscowość, data)

.....
*(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)*

* w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zgodnie z wymogami art. 26 ust.2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **WIW.AG.ZP.272.23.2014** na:

oświadczam, że:

- nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 *

- przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5:**
 - 1).....
 - 2).....
 - 3).....

*** zaznaczyć odpowiednio.**

** Art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

**** w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów**

.....(miejsce, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

WZÓR UMOWY

W dniu pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, REGON: 000092479

reprezentowanym przez:

1. lek. wet. Tadeusza Sarnę – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,

2. mgr Zdzisława Czardybana – Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą:

.....

NIP; REGON

działającą na podstawie wpisu

do:

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr **WIW.AG.ZP.272.23.2014** Wykonawca zobowiązuje się do dostawy z montażem urządzeń laboratoryjnych – PAKIET/Y NR

2. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzeda i dostarczy przedmiot zamówienia (Pakiet/y nr), zgodnie z ofertą przetargową.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:
netto:
słownie:
brutto :
słownie:
3. Należność za zakupiony przedmiot umowy przekazana będzie przez Zamawiającego po dostawie, montażu i odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Odbioru urządzenia Zamawiający dokona w formie pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji. Protokół zostanie sporządzony po przeszkoleniu pracowników.

§ 3.

1. **Ostateczny / NIE PRZEKRACZALNY/ termin realizacji do 19 grudnia 2014r.**
2. WRAZ Z TOWAREM WINNA BYĆ DOSTARCZONA FAKTURA !
3. Przedmiot umowy powinien być dostarczony najpóźniej do godziny 14.00 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

MAGAZYN

4. Ustalona w § 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty transportu, ubezpieczenia, napraw gwarancyjnych, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków przechowywania towaru podczas transportu.
6. Wraz z towarem powinny zostać dostarczone:

- a) Faktury (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA winna być wystawiona osobna Faktura VAT i oznaczona nr. Pakietu, nr kat. oferowanego produktu).
- b) Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE
- c) karta gwarancyjna
- d) instrukcja obsługi w języku polskim
- e) W przypadku dostarczenia towaru bez w/w dokumentów towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§ 4.

- 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolny od wad.
- 5. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na urządzenia laboratoryjne, liczonej od daty dostarczenia Zamawiającemu.
- 6. Wykonawca w ramach gwarancji usunie bezpłatnie stwierdzone wady fizyczne urządzenia na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciążą Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami materiałowymi.
- 7. O wystąpieniu wszelkich wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę lub wskazany przez niego serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
- 8. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji naprawianego elementu o czas w jakim zostanie dokonana naprawa, który liczony będzie od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

§ 5.

- 1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, która powinna zostać dołączona do dostarczanego urządzenia. Zamawiający odmówi zapłaty w razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 3 niniejszej umowy.
- 7. Należność przekazywana będzie na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 6.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w dostarczeniu rzeczy w wys. 0.1% wartości umowy (Pakietu) brutto nie dostarczonych urządzeń za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust.1
 - b) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanego pakietu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przedstawionych przez Wykonawcę do zapłaty faktur .
3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.
4. Każda ze stron niniejszej umowy może z zastrzeżeniem § 3 dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

§ 8.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sprawa prowadzona
w systemie tradycyjnym

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 134000 euro na:
Dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Lp.	Podmiot, na rzecz których dostawy zostały wykonane	Data wykonania (mm.rrrr-mm.rrrr)		Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Informacja o poleganiu na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia*
		Od	Do			

Należy załączyć dowody, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ.

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

* należy załączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie powyżej wykonawca wskazał, że polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wraz z określeniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

.....
pieczętka firmowa Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 134000 euro na:

dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych

Imiona

Nazwisko

Uprawniony do reprezentowania firmy

z siedzibą w przy ulicy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że poniżej wymienione oświadczenia, zaświadczenia dołączone do oferty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania:

1.....

2.....

3.....

4.....

.....
data

.....
*podpis / podpisy osób
uprawnionych/upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy*