

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach  
40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a**

---

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro.

**Przedmiot zamówienia:**

**DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH**

**ZATWIERDZAM:**

*(strony 1- 43)*

.....  
Śląski Wojewódzki  
Lekarz Weterynarii w Katowicach

---

***KATOWICE, PAŹDZIERNIK 2014rok***

## **ROZDZIAŁ I.**

### **INFORMACJE OGÓLNE**

#### **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159,                      Regon: 000092479

Telefon: (32) 609-16-18, 609-16-11; fax: (32) 609-16-18

witryna www: [http:// bip.katowice.wiw.gov.pl](http://bip.katowice.wiw.gov.pl)

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: *od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.*
3. Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: **WIW.AG.ZP.272.24.2014** Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
5. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*).
6. Ogłoszenie i SIWZ udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, zostanie ono również umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ II**

### **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia z 2004 r. oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na **13 Pakietów:**

**PAKIET 1 – WIRNIK - 1 SZTUKA.**

**PAKIET 2 - WYTRZĄSARKA DO PROBÓWEK - 1 SZTUKA.**

**PAKIET 3 - WYPARKA PRÓŻNIOWA – 1 SZTUKA.**

**PAKIET 4 - ZESTAW PRÓŻNIOWY - 1 ZESTAW.**

**PAKIET 5 - HOMOGENIZATOR – 1 SZTUKA.**

**PAKIET 6 - WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM – 1 ZESTAW.**

**PAKIET 7 - BIURETA CYFROWA – 1 ZESTAW.**

**PAKIET 8 – PIEC – 1 SZTUKA.**

**PAKIET 9 - AUTOKŁAW LABORATORYJNY PIONOWY O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ  
OD 90 DO 100 LITRÓW – 1 ZESTAW**

**PAKIET 10 - KOMORA Z SYSTEMEM FILTROWANIA POWIETRZA, PRZEZNACZONA  
DO METODY PCR - 1 SZTUKA.**

**PAKIET 11 - CIEPLARKA LABORATORYJNA Z NATURALNYM (GRAWITACYJNYM)  
OBIEGIEM POWIETRZA- 1 SZTUKA.**

**PAKIET 12 - SYSTEM CYFROWEJ DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DO  
MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO NIKON ECLIPSE 50I - 1 ZESTAW**

**PAKIET 13 - CHŁODNIA KLASY LABORATORYJNEJ O PARAMETRACH  
MINIMALNYCH - 2 SZT.**

3. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 38000000-5, 33191110; 39711124-4
4. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 2 do SIWZ.**
5. Wymagana jest, co **najmniej 24 miesięczna gwarancja oferowanego urządzenia**, liczona od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji w siedzibie Zamawiającego.
6. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i standardy.
7. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
8. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona dokumentacja użytkowa napisana w języku polskim.
9. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.
10. Wymagana jest instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenie użytkownika / jeżeli eksploatacja danego urządzenia tego wymaga/
11. Wymagany termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 24 godzin od zgłoszenia.
12. *Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA winna być wystawiona osobna Faktura VAT), dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna*
13. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem / *dla odpowiednich Pakietów – wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał.2 do SIWZ/.*
14. Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcje itp.).
15. *Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego*

*parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować to, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez dołączenie opisu technicznego wraz (ewentualnie) ze zdjęciami, katalogami oferowanego urządzenia.*

#### **ROZDZIAŁ IV.**

#### **TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Wymagany **NIEPRZEKRACZALNY** termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
**do 12 grudnia 2014 r.**
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: magazyn w siedzibie Zamawiającego.

#### **ROZDZIAŁ V.**

#### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
  - 2) wykażą, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych spełniają warunki, dotyczące:
    - a) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;*
    - b) *posiadania wiedzy i doświadczenia*

*c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

*d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.*

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił, a ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
7. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** /oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. *Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający*

rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dane zasób.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom.
9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VII SIWZ.

## **ROZDZIAŁ VI.**

### **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

*Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty*

1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

## **ROZDZIAŁ VII.**

### **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**

*Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia do oferty przetargowej następujących dokumentów:*

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - **Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.**

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

## **ROZDZIAŁ VIII.**

### **WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.**

*W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty przetargowej:*



1. **Ważny** certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
2. Dokumentację techniczną – np. katalog oferowanego produktu ze wskazaniem producenta, nr katalogowego, wraz z szczegółowym opisem technicznym, umożliwiającym weryfikację, czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, szczególnie opisanymi w załączniku nr. 2 do SIWZ. Kserokopie katalogów **winne być opisane numerem Pakietu którego dotyczą.**
3. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim oraz potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

## **ROZDZIAŁ IX.**

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego z Wykonawcami.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji, które mogą być przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (w przypadku wnoszenia odwołań wymagana jest forma pisemna).
6. Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń drogą elektroniczną lub faksem **został niezwłocznie potwierdzony**.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
8. Zamawiający udzieli, wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

10. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
12. Oświadczenia i dokumenty **uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy** będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej.
13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Joanna Żyszczyńska – pokój 22 B, telefon: (32) 609-16-18, (32) 42 88 618 faks (32) 609-16-18,  
adres e-mail: [joanna-zys@katowice.wiw.gov.pl](mailto:joanna-zys@katowice.wiw.gov.pl)

## **ROZDZIAŁ X.**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

#### **1. Zasady wnoszenia wadium**

- a) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29 października 2014 r. do godz. 11.00

#### **z adnotacją: Wadium - Nr sprawy: WIW.AG.ZP. 272.24.2014**

- b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620).

## 2. Wysokość wadium:

PAKIET 1 – 185,00 PLN /słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych/

PAKIET 2 – 126,00 PLN /słownie: sto dwadzieścia sześć złotych/

PAKIET 3 – 920,00 PLN /słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych/

PAKIET 4 – 536,00 PLN /słownie: pięćset trzydzieści sześć złotych/

PAKIET 5 – 415,00 PLN /słownie: czterysta piętnaście złotych/

PAKIET 6 – 731,00 PLN /słownie: siedemset trzydzieści jeden złotych/.

PAKIET 7 – 865,00 PLN /słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć złotych/

PAKIET 8 – 609,00 PLN /słownie: sześćset dziewięć złotych/

PAKIET 9 – 3.292,00 PLN /słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote/

PAKIET 10 – 439,00 PLN /słownie: czterysta trzydzieści dziewięć złotych/

PAKIET 11 – 121,00 PLN /słownie: sto dwadzieścia jeden złotych/

PAKIET 12 – 219,00 PLN /słownie: dwieście dziewięćnaście złotych/.

PAKIET 13 – 1.219,00 PLN /słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćnaście złotych/.

### **WADIUM RAZEM: 9.677,00 PLN**

słownie: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych .

## 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać przebrane na rachunek bankowy Zamawiającego:

Narodowy Bank Polski O / Katowice 98 1010 1212 0050 8913 9120 0000

*i musi wpłynąć na w/w rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem składania ofert,*

## 4. Zasady zwrotu wadium:

- 1) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 6) Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ XI.**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

## **ROZDZIAŁ XII.**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

#### **CZEŚĆ A.**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, **w języku polskim**. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. **Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.**
5. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
8. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
9. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
15. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy, Wykonawca winien, we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
16. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, oznakowanej w następujący sposób:

**WIW.AG. ZP.272.24.2014**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach  
 ul. Brynowska 25a  
 40-585 Katowice  
 Przetarg nieograniczony na:

**DOSTAWA URZADZEŃ LABORATORYJNYCH**

PAKIET .....

Ilość stron oferty .....

**NIE OTWIERAĆ DO 29 października 2014rok GODZINA 11<sup>15</sup>!**

17. *W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu **(tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”)** trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.*

## **CZEŚĆ B – ZAWARTOŚĆ OFERTY**

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda przedstawienia wymienionych niżej dokumentów i oświadczeń.
2. *Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r /Dz. U. poz. 231 /, mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.*

### **Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ:**

- 1) Wypełniony, podpisany i opieczetowany (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
- 2) Wypełnione, podpisane i opieczetowane (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje asortymentowo-cenowe *dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę Pakietu /załączniki 1.1 do 1.13. do niniejszej specyfikacji/.*

### **3) Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:**

- 3.1. oświadczenie wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ;
- 3.2. polisę wymaganą postanowieniami pkt. 2 - Rozdziału VI SIWZ;
- 3.3. oświadczenie i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VII SIWZ - pkt. 1 i 4 lub odpowiednio w pkt. 5;
- 3.4. dokument wymagany postanowieniami Rozdziału VII SIWZ-pkt.6 - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
- 3.5. dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VIII SIWZ;
- 3.6. dowód wpłaty wadium wymagany postanowieniami Rozdziału X SIWZ

## **ROZDZIAŁ XIII.**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 29-10-2014r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi **29 października 2014r. o godz. 11.15** w siedzibie Zamawiającego – pokój 22 A.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności, warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecny, jednak wyłącznie na ich wniosek.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ XIV.**

### **SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium: cena brutto - 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną na dany Pakiet.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz kosztami dostawy, ubezpieczeniem, itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.
3. Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.

*Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.*



4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

## **ROZDZIAŁ XV.**

### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena                                    100%

- 1.1. Kryterium ceny - *Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN.* Najwyższą liczbę punktów za w/w kryterium (100 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto na dany Pakiet, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto na dany Pakiet}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times 100\%$$

C – ilość punktów za cenę

- 1.2. Najkorzystniejsza oferta – oferta nie podlegająca odrzuceniu o największej ilości punktów za w/w kryterium dla danego Pakietu.
2. Wyjaśnień treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziły do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **ROZDZIAŁ XVI.**

### **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  - 1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
  - 2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
  - 3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
  - 1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - 2) wskazanie Pełnomocnika,
  - 3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

- 4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
  5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na podstawie art. 94 ust.2 uPzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

## **ROZDZIAŁ XVII.**

### **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVIII.**

### **ZAWARCIE UMOWY**

1. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizację zamówienia publicznego zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## **ROZDZIAŁ XIX.**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

*Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

- 1) Formularz oferty –oraz Specyfikacje asortymentowo-cenowe- zał. 1 oraz 1.1. : 1. 13.**
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 2**
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu/art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał.3.**
- 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zał. 4.**
- 5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej(druk)-zał. 5**
- 6) Wzór umowy- zał. 6**

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### OFERTA PRZETARGOWA

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

---

---

Adres:

ul. \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_

kod pocztowy \_\_\_\_\_ miejscowość: \_\_\_\_\_ województwo \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Regon \_\_\_\_\_ NIP \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

I.

W związku z przetargiem nieograniczonym Nr **WIW.AG.ZP. 272.24.2014** na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia** w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:

..... PLN.

**PROSZE TYLKO ZAZNACZYĆ ZAOFEROWANY PAKIET**

Numer Pakietu	Ogólna Wartość brutto Pakietu
PAKIET 1	
PAKIET 2	
PAKIET 3	
PAKIET 4	
PAKIET 5	
PAKIET 6	
PAKIET 7	
PAKIET 8	
PAKIET 9	
PAKIET 10	
PAKIET 11	
PAKIET 12	
PAKIET 13	

## II.

- Oświadczamy, że posiadamy koncesje, zezwolenia lub licencje** (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym).
- Oświadczamy**, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
- Oświadczamy**, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
- Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od terminu składania ofert.
- Bez zastrzeżeń, przyjmujemy** również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. **Oświadczamy**, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

7. **Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy** sami/przy udziale podwykonawców\*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

a) ..... ,  
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

8. **Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” TAK / NIE\*\*

9. **WADIUM w kwocie** .....zostało wniesione w dniu .....  
w formie .....

10. **Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zaoferowany zestaw urządzenia laboratoryjnego na okres.....(min. 24 m-ce)**

11. **Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy** .....

tel. .... fax. ....adres e-mail .....

12. **Dla wykazania wiarygodności naszej firmy** w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu nieograniczonego, przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ .....str. oferty .....

b/ ..... str. oferty .....

data .....

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* jeżeli dotyczy Wykonawcy*

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO /OSOBNO/ PRZEZ WYKONAWCĘ  
PAKIETU/**

**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA**

*Pakiet Nr .....*

Lp.	Nazwa urządzenia	Jednostka miary	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT (%)	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.		.								
	<b><u>Razem</u></b>									

Ogółem wartość netto ..... PLN słownie: .....

VAT ..... % tj. .... PLN słownie: .....

Ogółem wartość brutto ..... PLN słownie: .....

**OKRES GWARANCJI .....miesiące**

.....  
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictwo

Data .....

**ltd. PAKIETY 2 -13**



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych wyspecyfikowanych poniżej w Pakietach od 1-13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie!!!!!!!!!!!!.*

### I. DLA PRACOWNI PES

#### **PAKIET 1 – WIRNIK - 1 sztuka.**

1. moduł wirnikowy do zamocowania 4 naczyń ( butelek) z regulowanymi taśmami Velcro;
2. podzielony na 4 części uchwyt z pleksiglasu
3. maksymalne rozmiary naczynia : długość 300mm, średnica 120mm
4. maksymalny ładunek 5000g
5. wirnik- dane techniczne :
  - 1) zegar sterujący : 10 do 60 min/bieg ciągły
  - 2) prędkość obrotowa : 6 do 60 min<sup>-1</sup>
  - 3) wymiary (mm) 650 x 250 x 250
  - 4) zasilanie sieciowe 230V, 50Hz
  - 5) instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja: minimum 24 miesiące.

---

#### **PAKIET 2 - WYTRZĄSARKA DO PROBÓWEK - 1 sztuka.**

1. wyposażona w silnik bezszczotkowy, beziskrowy,
2. zaprojektowana do ciągłej pracy
3. możliwość wyboru 6 typów ruchów: kołowy i drgający, po okręgu, posuwisto-zwrotny, kołyszący, asymetryczny
4. zakres prędkości od 150do 2000 obr./min.
5. cyfrowy wyświetlacz obrotowy -zegar do 999min. z sygnałem akustycznym
6. z przystawką na 26 probówek o średnicy od 10 do 16mm i max. długości 160mm
7. z przystawką na 12 probówek o średnicy od 16 do 32mm i max. długości 120mm
8. wymiary wytrząsarki: szer. x wys. x gł. [mm]: 270 x 410 x 172 mm ±5%.
9. załączone świadectwo autoryzacji serwisu technicznego wystawionym przez producenta urządzenia oraz instrukcją w języku polskim. Gwarancja wymagana: minimum 24 miesiące.

---

#### **PAKIET 3 - WYPARKA PRÓŻNIOWA – 1 sztuka.**

Laboratoryjna wyparka próżniowa, spełniająca następujące wymagania:

1. Podnośnik automatyczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm;
2. Prędkość opuszczania / podnoszenia szkła nie mniejsza niż 30 mm/s
3. Zakres temperatur łaźni nie mniej niż od 20 do 210°C, moc grzewcza nie mniej niż 1300W, cyfrowa regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, z dokładnością ustawień nie gorszą niż 1,0 °C.

4. Prędkość obrotowa wyparki w zakresie nie mniej niż od 20 do 280 obr/min, cyfrowa regulacja obrotów z wyświetlaczem cyfrowym;
  5. Możliwość regulacji poziomego wysunięcia łaźni pozwalające obsługiwać pułpkę na pianę nie mniejszą niż 200 mm;
  6. Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniej niż od 1200 cm<sup>2</sup>
  7. Możliwość stosowania kolb 5 l bez konieczności wymiany łaźni
  8. W standardzie dostawa kolby wyparnej i odbieralnikowej o objętości 1 L.
  9. Szkło w zestawie pokryte tworzywem sztucznym
  10. Płaska, ultra- odporna uszczelka z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego;
  11. Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego;
  12. Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki;
  13. Panel sterowania demontowany, na kablu długości nie mniej niż 1 metr (do zdalnego sterowania urządzeniem np. możliwość kontroli procesu poza dygestorium);
  14. Wyposażone w wyświetlacz o przekątnej co najmniej 3.5" wyświetlający prędkość obrotową, temperaturę łaźni i pary
  15. Oddzielny wyłącznik grzania łaźni;
  16. Kable sieciowe i połączeniowe; węże próżniowe (nie mniej niż 4 m) oraz do wody (nie mniej niż 2 m)
  17. Prędkość odparowywania dla następujących substancji nie gorsza niż: Toluen 8,5 l/h, Aceton 5,8 l/h, Etanol 3,5 l/h, Woda 1,2 l/h
  18. Dodatkowo wymagane załączenie świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawione przez producenta urządzenia.
  19. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja minimum 24 miesięcy.
- 

#### **PAKIET 4 - ZESTAW PRÓŻNIOWY - 1 zestaw.**

##### **System próżniowy spełniający następujące wymagania:**

1. przepływ 20 l/min; próżnia końcowa 2 mbar
2. możliwość ustawienia ciśnienia z dokładnością do 1 mbar;
3. wyświetlacz elektroniczny;
4. elektroniczna regulacja próżni i ustawianie prędkości i czasu;
5. wszystkie elementy mające kontakt z oparami chemoodporne;
6. praca w trybie stałego (ustalonego przez użytkownika) ciśnienia;
7. praca w trybie odpompowywania z pełną wydajnością pompy;
8. praca w trybie automatycznego dopasowywania ciśnienia do odparowywanego rozpuszczalnika;
9. regulacja próżni poprzez zmianę prędkości obrotów pompy, zapewniająca cichą pracę po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia.
10. praca w trybie ustalonej przez użytkownika zależności ciśnienia od czasu;
11. praca zdalna z urządzeniem umieszczonym w szafce i sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota;
12. menu w języku polskim;

13. opcja podłączenia do komputera i sterowanie pracą za pomocą dostarczanego oprogramowania
  14. W układzie dwie chłodnice zwrotne z dwoma kolbami (na wlocie i na wylocie).
  15. Wyposażenie dodatkowe:
    - oprogramowanie do sterowania urządzeniem.
  16. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne.
  17. Dodatkowo wymagane załączenie świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawione przez producenta urządzenia,
  18. instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja: minimum 24 miesięcy.
- 

#### **PAKIET 5 - HOMOGENIZATOR – 1 sztuka.**

1. Zakres homogenizowania próbki o objętości od 0,1ml do 10000 ml, funkcją łagodnego startu, membranową klawiaturą i cyfrowym wyświetlaczem wszystkich parametrów.
  2. Bezstopniowa regulacja prędkości z zakresem prędkości do 30000 min<sup>-1</sup>.
  3. Prędkość końcówki do 32 m/s.
  4. Moc wejściowa urządzenia: 1200 W.
  5. Końcówka homogenizująca o długości nie mniejszej niż 190 mm i średnicy końcówki: 20 mm- stal nierdzewna .
  6. uchwyt zabezpieczający naczynia przed przesuwaniem , do różnych naczyń o średnicy od 20 do 105 mm
  7. kompletny statyw do homogenizatora
  8. złączka krzyżowa do zamocowania homogenizatora w statywie
  9. instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja: minimum 24 miesięcy.
- 

#### **PAKIET 6 - WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM – 1 zestaw.**

1. Laboratoryjna wirówka stołowa z metalową obudową, ze szklanym portem w pokrywie do obserwacji rotora.
  2. Pokrywa zamykana automatycznie z elektromechanicznym zabezpieczeniem otwarcia w trakcie wirowania i możliwością otwarcia awaryjnego.
  3. Komora wirowania ze stali nierdzewnej.
  4. Wirówka z funkcją automatycznego rozpoznania rotora, automatycznym wyłączeniu przy niezrównoważeniu rotora oraz zabezpieczeniami przed przegrzaniem silnika i komory wirowania oraz przeciw opadaniu pokrywy.
- Ponadto powinna spełniać następujące wymagania:
5. maksymalna pojemność wirowania: 4 probówki 290 ml (62x137 mm), 8 probówek 85 ml (38x106 mm), 10 standardowych płytek mikrotitracyjnych
  6. prędkość obrotowa maksymalna: 15000 RPM (obr./min.)
  7. przyśpieszenie RCF maksymalne: 24400 RCF (g) do eppendorfek, 13640 RCF (g) dla butelek z tworzywa sztucznego 85 ml, 2397 RCF (g) dla płytek mikrotitracyjnych.
  8. sterownik mikroprocesorowy oraz możliwość zapamiętania 98 programów
  9. parametry wirowania ustawiane za pomocą pokręteła i zapamiętane poprzez wciśnięcie klawisza START oraz przycisk stopu/otwarcia pokrywy

10. ustawianie czasu wirowania w zakresie od 1 sekundy do 59 sekund co 1 sekundę, od 1 minuty do 59 minut co 1 minutę, od 1 godziny do 99 godzin co 1 godzinę
11. 9 ramp przyspieszania i 9 ramp hamowania oraz zwalnianie bez aktywnego hamowania
12. zabezpieczenie przeciwko nastawieniu przez użytkownika nadmiernej prędkości
13. przycisk nastawiania obrotów na minutę RPM (obr./min.) od 500 do maksymalnej prędkości obrotowej rotora, w krokach po 10.
14. przycisk nastawiania względnego przyspieszenia odśrodkowego RCF (g) w krokach co 1 RCF, w zakresie jaki jest możliwy dla RPM.
15. ustawianie temperatury w zakresie -20 °C do + 40 °C co 1 °C.
16. wymiary: szer.x głęb.x wys.: 457 x 750 x 418 mm; waga 78 kg; zasilanie 230 V / 50Hz;
17. gwarancja 24 m – ce.

Dodatkowo z wirówką powinien być dostarczony:

18. jeden rotor kątowy sześciogniazdowy na maksymalnie 6 probówek o objętości 94 ml – sztuka. Maksymalne RCF na tym rotorze: 16504 g. Maksymalne obroty: 11000 RPM (obr./min). Minimalna temperatura możliwa do uzyskania przy maksymalnej prędkości obrotowej: nie mniej niż + 4 °C.
19. wkładka adaptacyjna do ww. rotora na probówki 15 ml, o wymiarach 17x120 mm, każda wkładka powinna mieścić 1 probówkę (czyli na rotor łącznie 6 sztuk wkładek, 6 sztuk probówek).
20. jeden rotor wychyleniowy, czteromiejscowy, na maksymalnie 4 koszyki (przywieszki) do max objętości 290 ml sztuka. Maksymalne RCF na tym rotorze wynosi 4863 g. Maksymalne obroty 5000 RPM (obr/min). Minimalna temperatura możliwa do uzyskania przy maksymalnej prędkości obrotowej na tym rotorze wynosi 0°C.

---

**PAKIET 7 - BIURETA CYFROWA – 1 zestaw.**

1. Urządzenie do miareczkowania z silnikiem krokowym
  2. objętość nominalna biurety 20ml
  3. minimalna możliwa doza 0,001ml
  4. dokładność dozowania  $\leq 0,2\%$
  5. powtarzalność dozowania  $\leq 0,1\%$
  6. opcja zawracania reagenta do butli na koniec pracy
  7. graficzny wyświetlacz parametrów pracy typu LCD
  8. oprogramowanie wewnętrzne urządzenia w języku polskim
  9. miareczkowanie za pomocą podłączonej „myszki”
  10. w zestawie biureta z butelką o poj. 1 litr ze szkła oranżowego ,
  11. każda z nakrętką ze złączem dla wężyka do biurety , tubą odpowietrzającą wypełnioną porcją sit molekularnych oraz przewodem z końcówką do miareczkowania
  12. statyw , mieszadło magnetyczne
  13. instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja: minimum 24 miesięcy.
-

### **PAKIET 8 – PIEC – 1 sztuka.**

1. EC100 do przystawki borowodorkowej VP100 do oznaczania arsenu/selenu ,
  2. z uchwytem pieca umożliwiającym montaż w spektrometrze iCE300 firmy Thermo Scientific
  3. elektrycznie grzana kuweta do atomizacji bezpłomieniowej w technice generacji wodorków ,
  4. zakres temperatur : 25 do 1000°C w 1 °C krokach
  5. instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja: minimum 24 miesiącey.
- 

## **II. DLA PRACOWNI PS**

### **PAKIET 9 – 1 ZESTAW**

#### **AUTOKŁAW LABORATORYJNY PIONOWY O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ OD 100 DO 110 LITRÓW.**

1. Autoklaw laboratoryjny pionowy (komora otwierana od góry) o pojemności użytkowej od 100 do 110 litrów;
2. Wymiary zewnętrzne maksymalnie (szer.xwys.xgł.): 650 mm x 985 mm x 900 mm;
3. Otwór załadunkowy na poziomie maksymalnie 800 mm od podłoża;
4. Wymiary komory: głębokość maksymalnie 500 mm, średnica minimalnie 500 mm, umożliwiające korzystanie z posiadanych już przez Zamawiającego koszy i wiader.
5. Obudowa wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej AISI 304;
6. Pokrywa komory izolowana materiałem nie nagrzewającym się; komora ciśnieniowa wykonana ze stali nierdzewnej tytanowej AISI316TI.
7. Pojemność komory musi pozwalać na sterylizację jednocześnie co najmniej:
  - 90 butelek typu Schott -Duran o pojemności 250ml,
  - 8 butli typu Schott -Duran o pojemności 2000 ml.
8. Wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej, dzięki czemu możliwe jest pełne odpowietrzenie komory w momencie działania pompy próżniowej.
9. Urządzenie musi posiadać pompę próżniową umożliwiającą pełne odpowietrzenie komory metodą próżni frakcjonowanej.
10. Komora wyposażona w port walidacyjny do wprowadzania sond kontrolnych podczas testów kwalifikacyjnych.
11. Sferyczny kształt pokrywy tak aby we wklęsłej od wewnątrz komory przestrzeni można było podwiesić przewód z elastyczną sondą temperatury oraz wentylator chłodzący bez ograniczania przestrzeni użytkowej komory (tj. przestrzeni poniżej krawędzi otworu załadunkowego).
12. Wargowa uszczelka pokrywy skutecznie uszczelnia komorę przy nad- i podciśnieniu, bez potrzeby wykorzystywania pary wodnej lub sprężonego powietrza.
13. Pokrywa zamykana bez konieczności zakręcania żadnych śrub, klamek i innego typu zamków.
14. Automatyczne ryglowanie i otwieranie pokrywy - pierścień blokujący pokrywę na całym obwodzie.

15. Autoklaw z blokadą ciśnieniową i termiczną, zabezpieczenie zgodne z normą PN-EN61010-2-040:2007, pkt.7.106b, uniemożliwiające otwarcie komory autoklawu, aż do chwili gdy temperatura sterylizowanych w autoklawie cieczy nie spadnie do temperatury bezpiecznej (<80°C).
16. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD (z menu w języku polskim) umieszczony w takim miejscu aby podczas załadunku/rozładunku nie istniało żadne ryzyko uszkodzenia wyświetlacza kosztem załadowczym. Możliwość aktualnego odczytu ciśnienia i temperatury na wyświetlaczu. Możliwość obsługi panelu sterowania także w rękawiczkach lateksowych.
17. Funkcja opóźnionego startu (tryb nocny).
18. Funkcja podtrzymywania zadanej temperatury po zakończeniu cyklu na poziomie uniemożliwiającym żelowanie agaru (tj. programowanie temperatury po procesie w zakresie od 45 do 80 stopni w czasie od 15 minut do co najmniej 5 godzin). Działanie programu musi być automatyczne bez potrzeby angażowania operatora po zakończeniu fazy sterylizacji i chłodzenia.
19. Automatyczny sterownik mikroprocesorowy kontrolujący wszystkie funkcje autoklawu oraz parametry jego pracy (temperaturę i ciśnienie). Temperatura pracy możliwa do nastawienia w zakresie od 100 (aparat Kocha) do co najmniej 140°C, z dokładnością do 0,1 °C. Czas sterylizacji od 1 minuty do co najmniej 24 godzin z dokładnością do 1 minuty.
20. W standardzie sonda temperaturowa umożliwiająca pomiar temperatury w sterylizowanym produkcie. W procesach sterylizacji cieczy autoklaw musi prowadzić proces w oparciu o wskazania sondy elastycznej zanurzonej w naczyniu referencyjnym z płynem.
21. Funkcja szybkiego chłodzenia w nadciśnieniu i przy wymuszonej konwekcji powietrza wewnątrz komory, tak aby umożliwić szybkie schłodzenie płynów w hermetycznie zakręconych butelkach typu Schott-Duran. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kompresor umożliwiający ciche działanie systemu chłodzenia < 45dB.
22. Program sterylizacji płynów w probówkach z rurkami Durhama działający w taki sposób, aby po sterylizacji w 121°C/15 minut w rurkach Durhama nie pozostawało powietrze.
23. System dekontaminacji skażonego powietrza usuwanego z komory w fazie odpowietrzania, nagrzewania i sterylizacji (z filtrem 0,2 µm wyjąłwanym podczas każdego cyklu sterylizacji, z niezależną sondą temperaturową Pt100 do kontroli poprawności sterylizacji). Możliwość wymiany filtra przez użytkownika bez potrzeby otwierania drzwiczek serwisowych.
24. Program czyszczący ułatwiający konserwację urządzenia umożliwiający rozpuszczenie trudnych do usunięcia osadów i zanieczyszczeń gromadzących się w komorze i armaturze autoklawu (minimalna temperatura procesu czyszczenia 140°C).
25. Schładzanie kondensatu do temperatury poniżej 70°C w celu zmniejszenia emisji pary i zapachów oraz ochrony rur kanalizacyjnych (użytkownik musi mieć możliwość zaprogramowania temperatury kondensatu z dokładnością do 1°C w zakresie od 50 do 80°C).

26. Urządzenie musi być wyposażone w:

- 1) co najmniej 3 programy sterylizacji cieczy z systemem chłodzenia w nadciśnieniu do naczyń szczelnie zamkniętych z płynami (możliwość ustawienia temperatury sterylizacji od 100 do 134°C, z dokładnością do 0,1°C i czasu sterylizacji w zakresie od 1 do 30 minut);
- 2) program do topienia podłoży agarowych (możliwość ustawienia temperatury topienia od 90 do 115°C i czasu topienia w zakresie od 1 do 180 minut);
- 3) program do sterylizacji odpadów laboratoryjnych w workach, odpowietrzanie za pomocą impulsów próżnia/para; użytkownik musi mieć możliwość programowania od 1 do 4 impulsów próżnia/para (możliwość ustawienia temperatury sterylizacji od 121 do 140°C, z dokładnością do 0,1°C i czasu sterylizacji w zakresie od 1 do 60 minut).
- 4) program do sterylizacji płynnych odpadów laboratoryjnych w szczelnie zakręconych butelkach (możliwość ustawienia temperatury sterylizacji od 121 do 140°C, z dokładnością do 0,1°C i czasu sterylizacji w zakresie od 1 do 60 minut).
- 5) co najmniej dwa programy do sterylizacji narzędzi (także w opakowaniach papierowo-foliowych) i materiałów jednorazowych (np. filtry, końcówki do pipet). Programy muszą być wyposażone w system odpowietrzania impulsami próżnia/para oraz system próżniowego suszenia narzędzi.

27. Wraz z autoklawem należy dostarczyć urządzenia i akcesoria umożliwiające jego prawidłową pracę:

- 1) przepływowy demineralizator o wielkości złoża 14 l zasilający wytwornicę pary wodnej i pozwalający na uzyskanie w fazie sterylizacji wymaganej czystości pary; musi być on wyposażony w konduktometr umożliwiający sprawdzanie jakości wody;
- 2) kompresor, węże;
- 3) kosze załadownicze (1 kosz z siatki wymiary: średnica x wysokość 485 mm x 240 mm i 1 kosz lity ze stali z otworami w górnej części kosza wymiary: średnica x wysokość 330 mm x 290 mm);
- 4) program komputerowy do monitoringu i archiwizacji danych; program musi umożliwiać zbieranie i archiwizację danych z dostarczonego autoklawu oraz z drugiego, posiadanego już przez Zamawiającego.

28. Urządzenie musi być wyposażone we wbudowaną drukarkę atramentową, umieszczoną w miejscu nienarażonym na uszkodzenie podczas załadunku/rozładunku komory.

29. Montaż i szkolenie w siedzibie Zamawiającego.

30. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz pełna dokumentacja producenta wymagana przez UDT.

31. Gwarancja 24 miesiące.

32. Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii; w razie potrzeby doraźnie pomoc w postaci konsultacji telefonicznej.

---

## **PAKIET 10**

### **KOMORA Z SYSTEMEM FILTROWANIA POWIETRZA, PRZEZNACZONA DO METODY PCR - 1 sztuka.**

1. czteroetapowy system filtrowania powietrza:
    - a) filtrowanie wstępne w celu zatrzymania dużych zanieczyszczeń,
    - b) filtr z węgla aktywnego pochłaniający dym, gaz oraz redukujący ozon,
    - c) filtr HEPA usuwający zanieczyszczenia do 0,3 mikrometra,
    - d) element ZerOzone usuwający ozon;
  2. trzy źródła promieniowania UV:
    - a) okolice filtra,
    - b) wnętrze komory,
    - c) wymiennik powietrza (cyrkulator);
  3. wbudowany cyrkulator powietrza z komory;
  4. timer UV do 30 minut;
  5. wnętrze komory ze stali nierdzewnej pokryte powłoką antybakteryjną;
  6. automatyczne wyłączenie UV po otwarciu komory;
  7. dwie półki wewnątrz komory;
  8. 4 gniazda elektryczne wewnątrz komory;
  9. akrylowe ściany komory blokujące UV o długości poniżej 400nm;
  10. wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.):maks. 826mm x 737mm x 610 mm;
  11. wymiary wewnętrzne (szer. x głęb.): maks. 706mm x 544 mm.
- 

## **PAKIET 11**

### **CIEPLARKA LABORATORYJNA Z NATURALNYM (GRAWITACYJNYM) OBIEGIEM POWIETRZA - 1 sztuka**

1. objętość wewnętrzna min. 52 litry;
2. wymiary zewn. (SxWxG) maks.: 460 mmx525mmx590 mm;
3. wymiary wewn. (SxWxG) min.: 340mmx371mmx410mm;
4. w wyposażeniu minimum 1 półka, możliwość zamocowania większej ilości;
5. wewnętrzne szklane drzwi umożliwiające kontrolę wnętrza bez strat ciepła;
6. waga: maks. 45 kg;
7. zakres temperatur od ok. > 5°C powyżej temp. otoczenia do 80 °C;
8. jednorodność temp. przy 37°C maks. ±0,5°C, przy 50°C maks. ±0,7°C;
9. stabilność temp. przy 37°C maks. ±0,1°C, przy 50°C maks. ±0,1°C;
10. czas nagrzewania do temp. 37°C maks. 25 min, do temp. 50°C maks. 50 min;
11. czas odzysku temperatury po 30 sek. otwarciu drzwi przy temp. 37°C maks. 6 min, przy temp. 50°C maks. 8 min;
12. maksymalne zużycie energii przy 37°C – 125 wat;



13. kontroler mikroprocesorowy temperatury;
  14. sprzęt musi posiadać możliwość programowania;
  15. montaż i szkolenie w siedzibie Zamawiającego;
  16. instrukcja obsługi w języku polskim;
  17. gwarancja 24 mies.;
  18. reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii; w razie potrzeby doraźnie pomoc w postaci konsultacji telefonicznej.
- 

#### **PAKIET 12**

#### **SYSTEM CYFROWEJ DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DO MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO NIKON ECLIPSE 50I - 1 ZESTAW**

1. Aparat cyfrowy o matrycy min. 18 MP;
2. Czulość matrycy min. ISO 100-6400;
3. Ruchomy wyświetlacz o przekątnej min. 3" i rozdzielczości min. 1 MP, dotykowy;
4. Wbudowany system czyszczenia matrycy;
5. Funkcja Live View;
6. Tryb filmowania w jakości Full HD;
7. Akumulator z ładowarką;
8. Oprogramowanie do podglądu obrazu na ekranie komputera w czasie rzeczywistym;
9. Sterowanie wyzwalaniem aparatu z poziomu komputera;
10. Wprowadzanie korekcji ekspozycji z poziomu komputera;
11. Karta pamięci SDHC 16GB;
12. Elektroniczny wężyk spustowy;
13. Zewnętrzny zasilacz do aparatu;
14. Łącznik optyczny do podłączenia aparatu cyfrowego o powiększeniu 2x;
15. Komplet łączników mechanicznych do mikroskopu NIKON Eclipse 50i;
16. Szkolenie z zakresu wykonywania cyfrowej dokumentacji fotograficznej min. 4 godz.

### III. DLA PRACOWNI MSP

#### PAKIET 13

#### CHŁODNIA KLASY LABORATORYJNEJ O PARAMETRACH MINIMALNYCH - 2 SZT.

1. Pojemność użytkowa 600l ± 20l,
2. Zakres temperatury 0 – 15 °C
3. wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 600 - 800/1800 – 2010/600 – 900mm.
4. Izolacja cieplna pianka poliuretanowa o grubości co najmniej 75 mm.
5. Liczba ażurowych półek min. 7 (z możliwością montażu dodatkowych w przyszłości)
6. Jednorodność temperatury we wnętrzu komory +/- 1 °C lub lepsza.
7. Stabilność temperatury w czasie +/- 1 °C lub lepsza.
8. Wewnętrzny wentylator umieszczony na górnej ścianie komory (wykluczony wentylator na ścianie tylnej ze względu na łatwą możliwość „przysłaniania” wentylatora materiałem na półce).
9. Automatyczne rozmrażanie.
10. Drzwi pełne, blokowane kluczem.
11. Oświetlenie wewnętrzne komory.
12. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 lub lepszej.
13. materiał obudowy: blacha malowana proszkowo, kolor srebrny.
14. Włącznik główny umieszczony w pozycji: w górnej, frontowej części urządzenia.
15. Sterownik rozszerzony:
  - a) Sterowanie mikroprocesorowe, membranowe przyciski sterownika, lokalizacja sterownika w górnej części urządzenia.
  - b) System alarmowy: alarmy wizualne oraz akustyczne (m.in. odstępstw od zadanej temperatury, braku/ awarii zasilania).
  - c) Sterownik z własnym zasilaniem baterijnym
  - d) Ustawianie temperatury z dokładnością co najmniej 1 °C.
  - e) Wyświetlacz wskazujący temperaturę zadaną i temperaturę aktualną wewnątrz komory.

- f) Sterownik z funkcją wyświetlania komunikatów tekstowych (w języku polskim lub angielskim) informujący o stanach alarmowych (jak np. awarie zasilania), oraz trybie pracy (jak np. chłodzenie, rozmrażanie).
  - g) Sterownik wyposażony w funkcje rejestracji stanów alarmowych.
16. Izolowany port zlokalizowany na ścianie bocznej lub tylnej umożliwiający przeprowadzenie sondy temperaturowej.
17. Pobór mocy nie większy niż 5,5 (kW/24 godz.) Zasilanie 230V, 50Hz.
18. W czasie instalacji musi zostać wykonana kwalifikacja instalacyjna i operacyjna dla urządzenia (IQ i OQ) - zawierająca rozkład temperatury w 12 punktach. Kwalifikacja musi zostać przeprowadzona i udokumentowana przez autoryzowany serwis z akredytacją wydaną przez PCA.
19. Minimum 2 lata gwarancji.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1  
USTAWY PZP**

Działając w imieniu

.....  
.....

*(pełna nazwa i adres Wykonawcy – pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)*

.....  
.....

*(pełna nazwa i adres Partnera/ów w przypadku Konsorcjum)*

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

.....  
.....

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
*(miejsowość, data)*

.....  
*(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA\***

.....  
.....

*(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

Składając ofertę w przetargu na:

.....  
.....  
.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*).

.....  
*(miejsowość, data)*

.....  
*(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań)*

\* w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zgodnie z wymogami art. 26 ust.2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **WIW.AG.ZP.272.24.2014 na dostawę urządzeń laboratoryjnych** oświadczam, że:

- nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 \*
  
- przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5:\*\*
  - 1).....
  - 2).....
  - 3).....

**\* zaznaczyć odpowiednio.**

\*\* Art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

**\*\* w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów**

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**WZÓR UMOWY**

W dniu ..... pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, REGON: 000092479

reprezentowanym przez:

1. lek. wet. Tadeusza Sarnę – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,

2. mgr Zdzisława Czardybana – Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą:

.....

NIP .....; REGON .....

działającą na podstawie wpisu

do: .....

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1.**

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr **WIW.AG.ZP.272.24.2014** Wykonawca zobowiązuje się do dostawy z montażem urządzeń laboratoryjnych – PAKIET/Y NR .....

2. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

## § 2.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzeda i dostarczy przedmiot zamówienia (Pakiet/y nr ..... ), zgodnie z ofertą przetargową.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:  
netto: .....  
słownie: .....  
brutto : .....  
słownie: .....
3. Należność za zakupiony przedmiot umowy przekazana będzie przez Zamawiającego po dostawie, montażu i odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Odbioru urządzenia Zamawiający dokona w formie pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji. Protokół zostanie sporządzony po przeszkoleniu pracowników.

## § 3.

1. **Ostateczny / NIE PRZEKRACZALNY/ termin realizacji do 12 grudnia 2014r.**
2. WRAZ Z TOWAREM WINNA BYĆ DOSTARCZONA FAKTURA !
3. Przedmiot umowy powinien być dostarczony najpóźniej do godziny 14.00 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

MAGAZYN

4. Ustalona w § 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty transportu, ubezpieczenia, napraw gwarancyjnych, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków przechowywania towaru podczas transportu.
6. Wraz z towarem powinny zostać dostarczone:



- a) Faktury (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA winna być wystawiona osobna Faktura VAT i oznaczona nr. Pakietu, nr kat. oferowanego produktu).
- b) Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE
- c) karta gwarancyjna
- d) instrukcja obsługi w języku polskim
- e) W przypadku dostarczenia towaru bez w/w dokumentów towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

#### **§ 4.**

- 4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolny od wad.
- 5. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na urządzenia laboratoryjne, liczonej od daty dostarczenia Zamawiającemu.
- 6. Wykonawca w ramach gwarancji usunie bezpłatnie stwierdzone wady fizyczne urządzenia na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciążą Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami materiałowymi.
- 7. O wystąpieniu wszelkich wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę lub wskazany przez niego serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
- 8. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji naprawianego elementu o czas w jakim zostanie dokonana naprawa, który liczony będzie od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

#### **§ 5.**

- 1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, która powinna zostać dołączona do dostarczanego urządzenia. Zamawiający odmówi zapłaty w razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 3 niniejszej umowy.
- 7. Należność przekazywana będzie na konto Wykonawcy podane na fakturze.

## § 6.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## § 7.

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za zwłokę w dostarczeniu rzeczy w wys. 0.1% wartości umowy (Pakietu) brutto nie dostarczonych urządzeń za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust.1
  - b) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanego pakietu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przedstawionych przez Wykonawcę do zapłaty faktur .
3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.
4. Każda ze stron niniejszej umowy może z zastrzeżeniem § 3 dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

**§ 8.**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

**§ 9.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Sprawa prowadzona  
w systemie tradycyjnym