

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro.

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA
ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH

ZATWIERDZAM:

(strony 1- 41)

.....
Śląski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE, 06 LISTOPAD 2015rok

Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272. 15.2015

ROZDZIAŁ I. **INFORMACJE OGÓLNE**

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479

Telefon: (32) 42 88 618; fax: (32) 42 88 618

witryna www: [http:// bip.katowice.wiw.gov.pl](http://bip.katowice.wiw.gov.pl)

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: *od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.*
3. Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: **WIW.AG.ZP.272.15.2015** Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
5. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*).
6. Ogłoszenie i SIWZ - udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, zostanie ono również umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (*Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zm.*) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

2. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 11 Pakietów:

PAKIET 1 – MŁYNEK DO MIĘSA DWUZAKRESOWY - 1 SZTUKA.

PAKIET 2 – STACJA DO ODPAROWANIA I ZAGĘSZCZANIA PRÓBEK - 1 ZESTAW.

PAKIET 3 - WYTRZĄSARKA – 1 SZTUKA.

PAKIET 4 – WYTRZĄSARKA O RUCHU OKREŻNYM - 1 SZTUKA.

PAKIET 5 - SYSTEM DO SPE 12- STANOWISKOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 ZESTAW.

PAKIET 6 - BIURETA CYFROWA – 1 SZTUKA.

PAKIET 7 – STRZYKAWKA ELEKTRONICZNA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 ZESTAW.

PAKIET 8 - URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA WODY, PRODUKUJĄCE WODĘ STOPNIA ANALITYCZNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM– 1 ZESTAW

PAKIET 9 – WIRÓWKA Z SYSTEMEM CHŁODZENIA, WIRNIKIEM I ZESTAWEM ADAPTERÓW - 1 ZESTAW

PAKIET 10 – WIRÓWKA Z SYSTEMEM CHŁODZENIA I ZESTAWEM ADAPTERÓW - 1 ZESTAW

PAKIET 11 –ŁĄŻNIA WODNA CYRKULACYJNA – 1 SZTUKA

3. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 38000000-5
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 2 do SIWZ.
5. Wymagana jest, co najmniej 24 miesięczna gwarancja oferowanego urządzenia, liczona od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji w siedzibie Zamawiającego.

6. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i standardy.
7. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
8. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona dokumentacja użytkowa napisana w języku polskim.
9. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.
10. Wymagana jest instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenie użytkownika / jeżeli eksploatacja danego urządzenia tego wymaga/.
11. Wymagany termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 24 godzin od zgłoszenia.
12. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura Vat (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA osobna), dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna
13. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem / dla odpowiednich Pakietów – wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał.2 do SIWZ/.
14. Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcje itp.).
15. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w

dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować to, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez dołączenie opisu technicznego wraz (ewentualnie) ze zdjęciami, katalogami oferowanego urządzenia.

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamówień uzupełniających.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. **Ostateczny termin realizacji zamówienia do 18 grudnia 2015r.**
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach ul. Brynowska 27 oraz Brynowska 25 a.

ROZDZIAŁ V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
 - 2) wykażą, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych spełniają warunki, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił, a ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
 - 1) Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. W przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zamówienia, które będą im powierzone.
 - 2) Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** /oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.

- 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale VII SIWZ.

ROZDZIAŁ VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

ROZDZIAŁ VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na podstawie art. 24 ust. 1-2a ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia do oferty przetargowej następujących dokumentów:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII.

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty przetargowej:

1. Wypełnione, podpisane i opieczetowane (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę Pakietu /zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik 1.1. do SIWZ/.
2. Ważny certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
3. Dokumentację techniczną – np. katalog oferowanego produktu ze wskazaniem producenta, nr katalogowego, wraz z szczegółowym opisem technicznym, umożliwiającym weryfikację, czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, szczegółowo opisanymi w załączniku nr. 2 do SIWZ. Kserokopie katalogów winne być opisane numerem Pakietu którego dotyczą.
4. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim oraz potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego z Wykonawcami.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji, które mogą być przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (w przypadku wnoszenia odwołań wymagana jest forma pisemna).
3. Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń drogą elektroniczną lub faksem został niezwłocznie potwierdzony.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
5. Zamawiający udzieli, wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
7. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
9. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej /pocztą elektroniczną/.
10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Joanna Żyszczyńska – pokój 22 B, telefon: (32) 42 88 618, faks (32) 42 88 618,
adres e-mail: joanna.zyszczyńska@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Zasady wnoszenia wadium

- a) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17 listopada 2015 r. do godz. 10.00 z adnotacją: Wadium - Nr sprawy: WIW.AG.ZP. 272.15.2015,
- b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620).

2. Wysokość wadium:

PAKIET 1 – 75,00 PLN /słownie: siedemdziesiąt pięć złotych/

PAKIET 2 – 1.131,00 PLN /słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści jeden złotych/

PAKIET 3 – 115,00 PLN /słownie: sto piętnaście złotych/

PAKIET 4 – 229,00 PLN /słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć złotych/

PAKIET 5 – 125,00 PLN /słownie: sto dwadzieścia pięć złotych/

PAKIET 6 – 123,00 PLN /słownie: sto dwadzieścia trzy złote/.

PAKIET 7 – 127,00 PLN /słownie: sto dwadzieścia siedem złotych/

PAKIET 8 – 500,00 PLN /słownie: pięćset złotych/

PAKIET 9 – 558,00 PLN /słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych/

PAKIET 10 – 528,00 PLN /słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych/

PAKIET 11 – 35,00 PLN / słownie: trzydzieści pięć złotych/

WADIUM RAZEM: 3.546,00 PLN słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać przelane na rachunek bankowy Zamawiającego:

Narodowy Bank Polski O / Katowice 98 1010 1212 0050 8913 9120 0000

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

4. **Zasady zwrotu wadium:**

- 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 6) Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

CZEŚĆ A.

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i **złączone** w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
8. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
9. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

15. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy, Wykonawca winien, we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
16. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, oznakowanej w następujący sposób:

WIW.AG.ZP.272.15.2015

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej

w Katowicach

Ilość stron oferty

NIE OTWIERAĆ DO

17 LISTOPADA 2015 rok GODZINA 10¹⁵!

17. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 184), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

CZEŚĆ B – ZAWARTOŚĆ OFERTY

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda przedstawienia wymienionych niżej dokumentów i oświadczeń.

Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r /Dz. U. poz. 231 /, mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.

Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ:

- 1) Wypełniony, podpisany i opieczetowany (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) Wypełnione, podpisane i opieczetowane (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje asortymentowo-cenowe dla każdego **zaoferowanego** przez Wykonawcę Pakietu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.1. do SIWZ/. Zamawiający wymaga, aby wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa na każdy zaoferowany przez Wykonawcę Pakiet była napisana przejrzysto oraz została zamieszczona na osobnej stronie oferty.

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie oraz opłacona polisa - wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ;
- 2) oświadczenie i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VII SIWZ - pkt. 1 i 4 lub odpowiednio w pkt. 5.
- 3) dokument wymagany postanowieniami Rozdziału VII SIWZ-pkt.6 - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 4) dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VIII SIWZ.

ROZDZIAŁ XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 17 listopada 2015r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2015r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 22 A.

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności, warunków płatności zawartych w ofercie.
6. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz kosztami dostawy, ubezpieczeniem, itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.
3. Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – zgodnie z treścią art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Cena -waga kryterium - 90%
- 2) Długość okresu gwarancji - waga kryterium- 10%

1.1. Kryterium ceny - *Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN.*

Maksymalną liczbę punktów za w/w kryterium (90 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto na dany Pakiet, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto na dany Pakiet}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times 90\%$$

C – ilość punktów za cenę

1.2. Kryterium – długość okresu gwarancji - 10% .

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegał okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na poszczególne urządzenia.

Zamawiający określił minimalny okres gwarancji na 24 miesiące licząc od daty odbioru urządzenia bez zastrzeżeń.

Maksymalna liczba punktów którą Wykonawcy mogą otrzymać w ramach tego kryterium wynosi 10 pkt. i otrzyma je oferta o najdłuższym terminie gwarancji udzielonej na poszczególne urządzenia / Pakiety/ .

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$T = \frac{\text{Okres gwarancji dla danego Pakietu zaproponowany w ofercie ocenianej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach dla danego Pakietu}} \times 100 \times 10\%$$

T- liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

1.3. Ocenę końcową oferty (Ok) stanowić będzie ilość punktów w kryterium cena i okres gwarancji, obliczona wg następującego wzoru:

$$Ok = C + T$$

1.4. Najkorzystniejsza oferta – oferta nie podlegająca odrzuceniu o największej ilości punktów za w/w kryteria dla danego Pakietu.

2. Wyjaśnień treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

ROZDZIAŁ XVI.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - 1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 - 2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,

- 3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
- 1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - 2) wskazanie Pełnomocnika,
 - 3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
 - 4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na podstawie art. 94 ust.2 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XVII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizację zamówienia publicznego zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Formularz oferty - załącznik 1 oraz wzór Specyfikacji asortymentowo-cenowej- zał. 1.1
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 2
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu/art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał.3.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zał. 4.
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej(druk) - zał. 5
7. Wzór umowy- zał. 6

.....

Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

Adres:

ul. _____ nr _____

kod pocztowy _____ miejscowość: _____ województwo _____

tel. _____ fax _____

Regon _____ NIP _____

Adres e-mail: _____

I.

W związku z przetargiem nieograniczonym **Nr WIW.AG.ZP. 272.15.2015** na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia** w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: PLN

PROSZE TYLKO ZAZNACZYĆ ZAOFEROWANY PAKIET

<i>Numer Pakietu</i>	<i>Ogólna Wartość brutto Pakietu</i>	<i>OKRES GWARANCJI /min. 24 m-ce/</i>
PAKIET 1		
PAKIET 2		
PAKIET 3		
PAKIET 4		
PAKIET 5		
PAKIET 6		
PAKIET 7		
PAKIET 8		
PAKIET 9		
PAKIET 10		
PAKIET 11		

II.

- 1. Oświadczamy**, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
- 2. Oświadczamy**, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
- 3. Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert.

4. **Bez zastrzeżeń, przyjmujemy** również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. **Oświadczamy**, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
6. **Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy** sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

a) ,
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

7. **Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” TAK / NIE**

8. **Do kontaktów** z naszą Firmą upoważniamy

tel. fax. **adres e-mail**

9. **Dla wykazania wiarygodności naszej firmy** w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu nieograniczonego, przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a/str. oferty

b/ str. oferty

c/ str. oferty

data

pieczętka i podpis Wykonawcy

**niepotrzebne skreślić*

*** jeżeli dotyczy Wykonawcy*

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO /OSOBNO/ PRZEZ WYKONAWCĘ
PAKIETU/**

Pakiet Nr

Lp.	Nazwa urządzenia	Jednostka miary	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT (%)	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.		.								
	<u>Razem</u>									

Ogółem wartość netto PLN słownie:

VAT % tj. PLN słownie:

Ogółem wartość brutto PLN słownie:

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące

OKRES GWARANCJImiesiące

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych wyspecyfikowanych poniżej w Pakietach od 1-11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie!.

PAKIET Nr 1

Młynek do mięsa dwuzakresowy - 1 sztuka

1. korpus mielący , ślimak , nóż, sitko-wykonanie nierdzewne
2. demontowany korpus mielący-łatwy do utrzymania w czystości
3. system Unger - szarpak , nóż dwustronny , sitko z otworami o 10mm
nóż dwustronny , sitko z otworami o 6mm
4. kołek dociskowy z tworzywa
5. przycisk: włącz/wyłącz
6. wydajność : do 300kg/h
7. pojemnik na mięso
8. sitka o średnicy 8cm
9. obudowa napędu- polerowane aluminium
10. wymiary[cm] : 45 x 29 x 48 (+/- 2 cm)
11. zasilanie El. 230/240 V / 50/60 Hz
12. moc[kW] min 1,1

PAKIET Nr 2

Stacja do odparowywania i zagęszczania próbek -1 zestaw

1. urządzenie 50-pozycyjne;
2. próbki o objętości 1,5-30 ml;
3. probówki muszą być umieszczane w specjalnym statywie wewnątrz łaźni wodnej;
4. nawiew azotu musi znajdować się pod specjalnie dobranym kątem, bezpośrednio do każdej
5. probówki;
6. urządzenie musi posiadać regulację ciśnienia nadmuchiwanego azotu;
7. urządzenie musi posiadać regulację temperatury w łaźni wodnej;
8. urządzenie musi posiadać regulację czasu odparowania;
9. urządzenie musi być wykonane ze stali nierdzewnej;
10. urządzenie musi posiadać system grzania poprzez łaźnię wodną;
11. urządzenie musi posiadać możliwość odprowadzania gazów odlotowych pod wyciąg;
12. urządzenie musi być wyposażone w wąż do odprowadzania gazów odlotowych;
13. urządzenie ma zapewniać odparowanie próbki wody o objętości 10 ml w temperaturze 50°C i przy ciśnieniu 12 psi w czasie maksymalnie 210 min;

Wyposażenie dodatkowe

1. Statyw wymienny na 50 probówek o pojemności 10 ml x 2 szt
2. Zestaw probówek stożkowych z gwintem poj. 10 ml; 250 szt.
3. Waga precyzyjna wyposażona w szafkę przeciwpodmuchową z 3 przesuwными drzwiami

- a) wewnętrzna autokalibracja
- b) osłona wyświetlacza i klawiatury
- c) funkcje wagi: ważenie (18 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie procentowe, wyświetlacz LCD, Zasilanie Zasilacz AC
- d) komunikacja poprzez Interfejs RS232 umożliwiający wysyłanie ID wagi i użytkownika, wydruk zgodny z protokołem GLP
- e) wytrzymała metalowa konstrukcja podstawy, szalka ze stali nierdzewnej
- f) wbudowany hak do ważenia podszalkowego, poziomica, blokada menu i kalibracji, klawiatura w języku polskim, zakres 210 g, odczyt (d)1 mg, szalka ø120 mm

Ważne:

- Świadectwo wzorcowania w 5 pkt 2,5,10,20,200 g w jednostce akredytowanej przez PCA.
- szkolenie personelu

PAKIET Nr 3

Wytrząsarka 1 sztuka

1. Płynna regulacja prędkości wytrząsania w zakresie od 150 do 2000 obr./min, cyfrowy wyświetlacz
2. Orbita 3 mm
3. Cyfrowy zegar umożliwiający nienadzorowaną pracę w zakresie od 1 do 99 minut; po tym czasie urządzenie powinno wysłać sygnał dźwiękowy i zatrzymać się.
4. Karuzela do 26 probówek o średnicy od 10 do 16 mm
5. Karuzela do 12 probówek o średnicy od 16 do 32 mm
6. Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: 270 x 410 x 172 mm ±5%
7. Wymagane zasilanie: 230/240 V / 50/60 Hz

PAKIET Nr 4

Wytrząsarka o ruchu okrężnym – 1 sztuka

1. Zakres obrotów: od 20 do 400 obr./min
2. Wyświetlacz cyfrowy szybkości nastawionej
3. Ruch okrężny z orbitą 20 mm
4. Wbudowany zegar, od 0 do 120 min z sygnałem dźwiękowym (3 s) lub praca ciągła
5. Moc wejściowa nie mniej niż 115 W
6. Maks. obciążenie: nie mniej niż 10 kg
7. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) nie więcej niż 430 x 140 x 440 mm (+/- 20 mm)
8. Wielkość platformy nie mniej niż 390 x 340 mm
9. Antypoślizgowa mata gumowa
10. Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
11. Platforma perforowana do indywidualnego mocowania naczyń – 1 sztuka
12. Zaciski na kolby Erlenmeyera o pojemności 100 ml – 7 sztuk
13. Zaciski na kolby Erlenmeyera o pojemności 250 ml – 7 sztuk
14. Zaciski na kolby Erlenmeyera o pojemności 500 ml – 5 sztuk
15. Zaciski na kolby Erlenmeyera o pojemności 1000 ml – 5 sztuk

Ważne:

- szkolenie personelu

PAKIET Nr 5

System do SPE 12-stanowiskowy z wyposażeniem - 1 zestaw

1. Komora próżniowa ze szkła borokrzemianowego (monolit) z możliwością autoklawowania – 1 szt.
2. Pokrywa z poliamidu z uszczelką ze spienionego PE- 1 szt.
3. Zapasowa uszczelka ze spienionego PE - 1 szt.
4. Jednocześnie króćce (igły) typu Luera z PTFE – 24 szt.
5. Zawór regulujący podciśnienie z PTFE z wakuometrem kontrolnym – 1 szt.
6. Statyw na odbieralniki eluatu z PTFE z 3 półkami na odbieralniki (szlif) NS 14/23 i NS 10/19 i podstawą – 1 zestaw
7. Korki Luera -12 szt.
8. Zawory (kraniki) z polipropylenu - do rezerwarów, filtrów i wszystkich kolumn spe - 24 szt.
9. Pompa membranowa, praca bezobsługowa, cicha, proste podłączenie elektryczne oraz gazowe (poprzez kabel i węże).
10. Wymagane zasilanie: 230 V/50 Hz.
11. Głowica wykonana z aluminium, membrana z CR (guma neoprenowa), zawory ze stali nierdzewnej.
12. Przepływ nominalny przy ciśnieniu atmosferycznym przynajmniej 15 l/min.
13. Próżnia końcowa 100 mbar abs. (bez przepływu), nadciśnienie do 4 bar.
14. Wymiary (długość x wysokość x szerokość) 207 x 194 x 145 mm, (+/- 10mm)

Ważne:

- **szkolenie personelu**

PAKIET Nr 6

Biureta cyfrowa – 1 sztuka

1. Biureta cyfrowa z napędem elektrycznym oraz biuretą o pojemności 50 ml
2. Biureta wykonana ze szkła boro-krzemowego klasy 3.3
3. Biureta sterowana za pomocą klawiszy membranowych na froncie obudowy pod wyświetlaczem oraz powinna posiadać możliwość sterowania za pomocą podłączanej klawiatury.
4. Wyświetlacz TFT pozwalający odczytywać informacje na nim nawet pod kątem, a nie tylko patrząc od frontu
5. Musi posiadać możliwości pracy w trybie ręcznego miareczkowania oraz jako dozownik dokładnego odmierzenia zadanych objętości ze zmienną programowalną prędkością zadań dozowania.
6. Biureta w pełni sterowalna poprzez zewnętrzne oprogramowanie.
7. Biureta musi działać zgodnie z normą ISO 8665-6.
8. interfejs: 1 x USB A, 1 x USB B, 2x RS 232c
9. mieszadło magnetyczne zasilane bezpośrednio z biurety z pokrętką sterującą szybkością obrotów dipola magnetycznego
10. wielkość dozowania programowalna nie mniejsza niż w zakresie od 0,000 do 999,9 ml
11. dokładność dozowania nie gorsza niż w zakresie od 0,002 do 0,1 ml
12. szybkość dozowania min. 100 ml/min
13. regulowany czas napełniania biurety w zależności od objętości w zakresie od 30 do 999 s
14. błąd systematyczny 0,15%, błąd losowy 0,07% zgodnie z EN ISO 8566-6
15. wymiary nie większe niż S235 x W310 x G205 mm uwzględniając jednostkę dozującą wraz z biuretą i mieszadło magnetyczne (+/- 10mm)
16. Wymagane zasilanie: 230 V/50 Hz.

Ważne:

- **szkolenie personelu**

PAKIET Nr 7

Strzykawka elektroniczna z wyposażeniem – 1 zestaw

1. Zakres objętości 200 nl – 1ml
2. Pobieranie i dozowanie automatyczne
3. Funkcja tworzenia i zapamiętywania programów (20 programów)
4. Możliwość dozowania cieczy lotnych, lepkich oraz niebezpiecznych
5. Możliwość bezpośredniego nastrzyku na kolumnę
6. Możliwość dozowania sekwencyjnego
7. Kalibracja wewnętrzna zgodna z wymaganiami GLP, GMP, FDA
8. Ochrona danych za pomocą hasła tworzonego przez użytkownika
9. Sterowanie za pomocą dotykowego pierścienia obrotowego
10. Kolorowy cyfrowy wyświetlacz
11. Prędkość ruchu tłoka sterowana elektronicznie
12. Moduł elektroniczny w zestawie z:
 - ładowarką,
 - 5 wymiennymi strzykawkami (5 µl, 50µl, 100 µl, 500µl, 1000 µl),
 - 3 statywami (statyw umożliwiający zawieszenie modułu elektronicznego, statyw umożliwiający zawieszenie eVol'a z zainstalowaną strzykawką XCHANGE oraz statyw ładujący),
13. Strzykawki XCHANGE zaopatrzone w wymienne stalowe igły o długości 50mm umożliwiające przebicie septy
14. Uniwersalna ładowarka umożliwiająca użytkowanie dozownika podczas ładowania baterii
15. Bateria jonowo-litowa o przedłużonej trwałości i pojemności 1050 mAmp/godz.
16. Możliwość współpracy z zestawem do mikroekstrakcji MEPS

Ważne:

- **szkolenie personelu**

PAKIET Nr 8

Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę stopnia analitycznego, wraz ze zbiornikiem – 1 zestaw

Urządzenie dostarczające wodę stopnia analitycznego – Typ II (pierwszy etap oczyszczania), wydajność 5 l/h

Wymagana technologia oczyszczania wody:

prefiltracja 0,5µm; węgiel aktywowany, polifosforany, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja (bez wspomagających wkładów jonowymiennych), lampa UV, filtr końcowy 0,22µm

Jakość produkowanej wody:

Oporność > 5 MΩ*cm w 25°C, Przewodnictwo < 0,2 µS/cm w 25°C, Poziom TOC < 30 ppb, Liczba bakterii < 1cfu/ml, Cząstki stałe > 0,22µm

Opis urządzenia:

1. Urządzenie wyposażone w dozownik połączony przewodami doprowadzającymi wodę o max. dł. 3m
2. Możliwość podłączenia 3. Dozowników
3. W miejscu poboru wody z dozownika zamontowany filtr końcowy
4. Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także dozownik
6. Możliwość regulacji szybkości poboru wody z dozownika (przepływ od 0,05 l/min do 2 l/min)
7. Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z dozownika (pobór wolumetryczny od 0,25ml do 60l)
8. Regulacja wysokości ramion dozujących (możliwość napełniania różnej wysokości naczyń bez konieczności ich podtrzymywania)
9. Kolorowy wyświetlacz umieszczony na podstawie dozownika - na wyświetlaczu możliwość odczytu parametrów jakości wody (przewodnictwo/oporność; temperatura) Możliwość odczytu parametrów przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
10. Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu dozownika
11. Urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę dystrybucyjną jako wyposażenie standardowe,
12. wyposażenie w port RJ 45 do transmisji danych
13. Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii
14. Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta
15. Głośność pracy urządzeń nie większa niż 50 decybeli z odległości 1m
16. Wymiary urządzenia nie większe niż 350mm x 490mm x 510mm dla jednostki produkcyjnej, oraz 240mm x 590 mm dla ramion dozujących
17. Możliwość zawieszenia na ścianie

Zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej:

Do urządzenia należy dołączyć zbiornik do przechowywania wody stopnia analitycznego o objętości 60 l

1. Materiał wykonania zbiornika- polietylen
2. Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu dozownika
3. Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku)
4. Wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody
5. Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki
6. Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno)
7. Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika
8. Możliwość podłączenia automatycznej lampy UV oraz detektora wycieku
9. Możliwość zawieszenia na ścianie

Ważne:

- **szkolenie personelu**

PAKIET Nr 9

Wirówka z systemem chłodzenia, wirnikiem i zestawem adapterów - 1 zestaw

Laboratoryjna wirówka stołowa, wysokoobrotowa, przeznaczona do użytku ogólnego, do pracy ze średnią liczbą próbek:

1. do zastosowania podczas przygotowywania próbek krwi do badań serologicznych – oddzielanie surowicy w probówkach z krwią.
- do zastosowania podczas prowadzenia badań – wirowanie płytek titracyjnych oraz płytek typu Deepwell.
 2. do zastosowania podczas prowadzenia badań molekularnych w probówkach o objętości od 0,2 ml do 85 ml.
 3. uniwersalna - umożliwiająca pracę z wykorzystaniem wirników z wychylnymi koszami i stałokątowych (wirniki z wychylnymi koszami i adaptery do probówek i butelek o objętości od 0,2 ml do 250 ml).
 4. z funkcją chłodzenia – zakres ustawiania temperatur od -9°C do +40°C, szybkie schładzanie, optymalizacja procesu chłodzenia, utrzymanie temperatury gdy wirówka nie jest używana.
 5. automatyczne rozpoznawanie wirnika i niewyważenia zapewniające maksimum bezpieczeństwa użytkownika.
 6. z możliwością wirowania z nieprzepuszczaniem aerozoli
 7. prędkość wirowania do 14.000 obr./min.
 8. prędkość 200 – 14,000 rpm (10 rpm etapy).
 9. maksymalna względna siła odśrodkowa (RCF) 20.913 x g.
 10. maksymalna wzgl. siła odśr. z użyciem rotora stałokątowego 20 913 x g.
 11. maksymalna wzgl. siła odśr. przy użyciu rotora z wychylnymi koszami 4 500 x g.
 12. maksymalna wzgl. siła odśr. przy użyciu rotora do płytek 2 250 x g.
 13. maksymalna pojemność 4 x 250 ml/2 x 5 MTP.
 14. możliwość ustawienia tempa przyspieszania/hamowania 10/10.
 15. mechanizm lekkiego zamykania pokrywy.
 16. wbudowany separator skroplonej pary wodnej
 17. cicha praca - poziom hałasu < 58 dB(A).
 18. zasilanie elektryczne 230 V, 50 – 60 Hz, maks. pobór mocy 1 650 W.
 19. możliwość wprowadzenia maksymalnie 35 programów użytkownika,
 20. ciężar bez akcesoriów maks. 80 kg.
 21. wymiary maksymalne (S × G × W) 64 × 55 × 34 cm.
 22. wysokość maksymalna (z otwartą pokrywą) 74 cm.
 23. zegar sterujący od 1 min do 99 min, z funkcją pracy ciągłej, funkcja short-spin.
- Wirniki kompatybilne z wirówką:

Wirnik nr 1.

- 1.1 wirnik wychylny, wykonany ze stali, z 4 pojemnikami prostokątnymi 4x100 ml
- 1.2 maks WPO: 4.400xg

1.3 maksymalna prędkość obrotowa 5.000 (1/min)

1.4 promień wirnika 15,7 cm

1.5 z możliwością sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 min.)

1.6 możliwość założenia kompatybilnych adapterów do probówek o pojemności od 0,2 do 100 ml.

Adaptory:

Z możliwością sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 min.), adaptory o budowie modułowej - moduły adapterów do wirników wychylnych ustawiane w stosy – możliwość dostosowania do probówek o różnej długości

a) 4 szt. wykonane z twardego, autoklawowalnego plastiku, o budowie modułowej, do probówek o pojemności 1,2-5 ml, o długości do 105 mm, liczba probówek do wirowania w 1 adapterze 14 (56 na wirnik), otwór adaptera: 11 mm średnicy, kształt dna adaptera: płaski, z gumową matą, maks.

WPO (liczba g) 4.200, promień wirowania 150 mm, maks. prędkość obrotowa (1/min) 5.000

b) 4 szt. wykonane z twardego, autoklawowalnego plastiku, o budowie modułowej, do probówek o pojemności 3-15 ml, o długości do 108 mm, liczba probówek do wirowania w 1 adapterze 7 (28 na wirnik), otwór adaptera: 16 mm średnicy, kształt dna adaptera: płaski, z gumową matą, maks. WPO (liczba g) 4.200, promień wirowania 150 mm, maks. prędkość obrotowa (1/min) 5.000

c) 4 szt. wykonane z twardego, autoklawowalnego plastiku, o budowie modułowej, do probówek o pojemności 7-17 ml, o długości do 110 mm, liczba probówek do wirowania w 1 adapterze 6 (24 na wirnik), otwór adaptera: 17,5 mm średnicy, kształt dna adaptera: płaski, z gumową matą, maks.

WPO (liczba g) 4.200, promień wirowania 150 mm, maks. prędkość obrotowa (1/min) 5.000

Wirnik nr 2.

2.1 wirnik do płytek titracyjnych oraz typu Deepwell, z dwoma wieszakami, z możliwością sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 min.), maks. WPO: 2.250 x g (3.700 1/min.)

2.2 z możliwością zamocowania w wirniku: 2 x 5MTP, 2 x 4 płytki do kultur komórkowych, 2 x 2 DWP, 2 x 1 zestawy płytek z filtrem, maksymalna wysokość ładowania 89 mm, promień wirnika 14,7 cm.

Ważne:

- szkolenie personelu

PAKIET Nr 10

Wirówka z systemem chłodzenia i zestawem adapterów – 1 zestaw

Laboratoryjna wirówka stołowa z chłodzeniem przeznaczona do użytku ogólnego.

1. uniwersalna (możliwość dopasowania 12 różnych wirników) o co najmniej średniej wydajności, z funkcją chłodzenia, temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika, rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury, stałe chłodzenie zapewnia utrzymywanie temperatury na niezmiennym poziomie po zakończeniu pracy,

2. funkcja opóźnionego startu służąca do zaprogramowania na określony dzień i czas wstępnego chłodzenia urządzenia,

3. technologia sprężarki minimalizująca drgania,

4. wbudowany odpływ kondensatu zapobiegający gromadzeniu się wody,
5. zakres ustawiania temperatur -11°C do $+40^{\circ}\text{C}$,
6. silnik indukcyjny - bezszczotkowy, nie wymagający konserwacji,
7. wymiary wirówki (szerokość x głębokość x wysokość) max. 38 x 64 x 29cm,
8. maksymalna wysokość przy otwartej pokrywie 63 cm,
9. waga wirówki bez rotora nie więcej niż 56 kg,
10. maksymalny pobór mocy 1050 W,
11. zasilanie elektryczne 230 V, 50 – 60 Hz,
12. maksymalna pojemność 48 x 1,5/2,0 ml lub 6 x 50 ml lub 2 x MTP,
13. maksymalna prędkość 17.500 obrotów/min.,
14. maksymalna względna siła odśrodkowa (RCF) 30.130 x g,
15. klawiatura membranowa, łatwa do czyszczenia,
16. ciekłokrystaliczny podświetlany wyświetlacz (LCD) parametrów obrotów/siły odśrodkowej, czasu wirowania, temperatury,
17. możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min.,
18. oddzielny przycisk krótkiego wirowania,
19. automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego wirnika, automatyczne rozpoznawanie wirnika,
20. czas rozpędzania do maksymalnych obrotów nie więcej niż 14s,
21. czas hamowania z maksymalnych obrotów nie więcej niż 15s,
22. głośność pracy urządzenia: maksymalnie 54 dB,
23. zegar od 30 s do 60 min, z funkcją pracy ciągłej,
24. 5 przycisków do łatwego uruchamiania programów rutynowych,
25. automatyczne otwarcie pokrywy po skończonej pracy,
26. awaryjne otwieranie pokrywy bez zasilania,
27. łatwe zamykanie pokrywy,
28. automatyczne wykrywanie niewyważenia,
29. możliwość zapisania do 50 programów z nazwami użytkownika.

Wirnik 1.

- 1.1 o podwyższonej krawędzi do bezpiecznego wirowania do 24 kolumnenek – probówek 1,5/2ml z otwartymi wieczkami,
- 1.2 prędkość maksymalna: 19.090 x g (13.200 obr./min.),
- 1.3 maksymalny promień 9,8 cm,
- 1.4 aerozoloszczelny,
- 1.5 z systemem szybkiego zamykania i otwierania pokrywy wirnika,
- 1.6 wirnik oraz pokrywa z możliwością sterylizacji w autoklawie (20 minut, 121°C),
- powłoka PTFE zapewniająca większą odporność chemiczną,
- 1.7 wirnik musi posiadać świadectwo szczelności.

Wirnik 2.

- 2.2 o pojemności wirowania maksymalnie 30 probówek 1,5/2ml,
- 2.3 prędkość maksymalna: 20.817 x g (14.000 obr./min),
- 2.4 aerozoloszczelny,
- 2.5 z systemem szybkiego zamykania i otwierania pokrywy rotora,
- 2.6 wirnik oraz pokrywa z możliwością sterylizacji w autoklawie (20 minut, 121°C),
- 2.7 powłoka PTFE zapewniająca większą odporność chemiczną.
- 2.8 wirnik musi posiadać świadectwo szczelności,

Ważne:

- **szkolenie personelu**

PAKIET Nr 11**Łaźnia wodna cyrkulacyjna**

1. Ilość stanowisk:6;
2. Wymiary (D x S x W) [mm]: 540 x 335 x 250 (+/- 20 mm)
3. Wymiary wanny (D x S x G) [mm] 505x300x100 (+/- 10 mm)
4. Pojemność wanny [l]: 14;
5. Moc [W]: nie mniej niż 1000 ;
6. temperatura pracy: od 5°C powyżej temp. otoczenia do +99,9°C;
7. zakres regulacji temperatury: od 20°C do 99,9°C;
8. stabilność temperatury: -0,2°C / +0,6°C;
9. działka elementarna regulatora temperatury: 0,1°C;
10. średnica stanowisk: 110mm;
11. Wymagane zasilanie: 230 V/50 Hz.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Działając w imieniu

.....
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy – pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....
.....

(pełna nazwa i adres Partnera/ów w przypadku Konsorcjum)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nr **WIW.AG.ZP.272.15.2015** na:

.....
.....

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ***

.....
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr
WIW.AG.ZP.272.15.2015 na:

.....
.....
.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

* w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zgodnie z wymogami art. 26 ust.2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr **WIW.AG.ZP.272.15.2015** NA:.....

.....
oświadczam, że:

nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy*

przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy:**

1).....

2).....

3).....

*** zaznaczyć odpowiednio.**

** Art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

**** w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów**

.....(miejsce, data)

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)

WZÓR UMOWY

W dniu pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektorem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479

reprezentowanym przez :

1. lek. wet. Tadeusza Sarnę – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,
2. mgr Zdzisława Czardybana – Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
NIP; REGON

reprezentowanym przez :

1.
2.

działającą na podstawie wpisu

do:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści :

§1

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*), oznaczonego znakiem nr **WIW.AG.ZP. 272.15.2015**, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy z montażem urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

§2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzedaje i dostarczy przedmiot zamówienia (Pakiety Nr), zgodnie z ofertą przetargową.
2. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Łączna wartość zamówienia objęta niniejszą umową wynosi:
netto:
słownie:
brutto :
słownie:

na numer konta Wykonawcy : w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Przelanie należności Wykonawcy na inny numer konta niż podany w § 2 pkt. 3 może być dokonane jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
4. Należność za zakupiony przedmiot umowy przekazana będzie przez Zamawiającego po dostawie, montażu i odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Odbioru urządzenia Zamawiający dokona w formie pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji. Protokół zostanie sporządzony po przeszkoleniu pracowników.

§ 3.

1. Wykonawca dostarczy produkty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie później niż do 18-grudnia-2015 r.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Brynowska 25a
40-585 Katowice

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27 - nie później niż do godziny 14:00

3. Ustalona w § 2 ust. 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków przechowywania towaru podczas transportu.
5. Wraz z towarem powinny zostać dostarczone:
 - a) Faktury (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA winna być wystawiona osobna Faktura VAT - oznaczona Nr. Pakietu, Nr kat. oferowanego produktu).
 - b) Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE
 - c) Karta gwarancyjna
 - d) Instrukcja obsługi w języku polskim

W przypadku dostarczenia towaru bez w/w dokumentów towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§ 4.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolny od wad.
2. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na urządzenia laboratoryjne, liczonej od daty dostarczenia Zamawiającemu.
3. Wykonawca w ramach gwarancji usunie bezpłatnie stwierdzone wady fizyczne urządzenia na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciążą Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami materiałowymi.
4. O wystąpieniu wszelkich wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę lub wskazany przez niego serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
5. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji naprawianego elementu o czas w jakim zostanie dokonana naprawa, który liczony będzie od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

§ 5.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy /Pakietu/ za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.

- b) W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanego pakietu.
2. W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
 4. Każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

§ 7.

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - b) ze strony Wykonawcy:

§ 8.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA