

**WIW.AG.ZP.272.15.2015**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro Nr sprawy:  
WIW.AG.ZP.272.15.2015 na: **dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

1) Dotyczy Pakietu nr 11 – Łaźnia wodna cyrkulacyjna /PBC/ :

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wysokości wynoszącej 210 mm oraz z zachowaniem pozostałych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego?. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany, przy zachowaniu pozostałych wymiarów łaźni, wymaganych przez Zamawiającego.*

2. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o temperaturze pracy +5<sup>0</sup>C powyżej temperatury otoczenia do +90<sup>0</sup>C? Praca łaźni wodnej cyrkulacyjnej w temperaturze powyżej 90<sup>0</sup>C może spowodować nieprawidłową pracę wbudowanej pompy cyrkulacyjnej, tym samym zaburzając równomierny rozkład temperatury wewnątrz wanny? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na łaźnię wodną działającą do 90 st., ponieważ w metodyce analitycznej, w której będzie urządzenie wykorzystywane wymagana jest praca w temp. 99 st.*

3. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o zakresie regulacji temperatury od +20<sup>0</sup>C do +90<sup>0</sup>C. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na łaźnię wodną działającą od 20 st. do 90st., ponieważ w metodyce analitycznej w której będzie urządzenie wykorzystywane wymagana jest praca w temp. 99 st.*

2) Dotyczy Pakietu nr 5/PBC /:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu z pokrywą do komory próżniowej z białego polipropylenu? Sama pokrywa nie ma kontaktu bezpośredniego z odczynnikami.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę pokrywy z poliamidu (PA) na pokrywę z polipropylenu (PP)*

3) Dotyczy Pakietu nr 10 – poz. Wirnik 1 /PS/:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę wirnika o podwyższonej krawędzi nieposiadającego powłoki PTFE?

**Odpowiedź:**

*Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę wirnika o podwyższonej krawędzi nieposiadającego powłoki PTFE pod warunkiem, że okres gwarancji obejmie 24 miesiące oraz spełnione zostaną pozostałe warunki specyfikacji.*

4) Dotyczy Pakietu nr 10 – poz. Wirnik 1 oraz Wirnik 2 /PS/ :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę wirników aeroszczelnych nieposiadających świadectwa szczelności?

**Odpowiedź:**

*Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie przez Wykonawcę wirników aeroszczelnych nieposiadających świadectwa szczelności.*

5) Dotyczy wymaganego terminu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wymaganego terminu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej z 24h do 48h od momentu zgłoszenia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę, w zależności od pilności naprawy zaferowanego urządzenia /np. pilne badania urzędowe/.*

6) Dotyczy Pakietu nr 8 - URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA WODY, PRODUKUJĄCE WODĘ STOPNIA ANALITYCZNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM- 1 ZESTAW -PB

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast możliwości podłączenia 3 dozowników - dwa dozowniki oraz trzeci punkt poboru zintegrowany z jednostką produkującą wodę?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

2. Czy Zamawiający dopuszcza szybkość poboru wody z dozownika 1,5l/min?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

3. Czy Zamawiający zgadza się na pobór zaprogramowanych objętości wody z dozownika od 0,1 do 99,9l?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

4. Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlanie jednostek przewodnictwa/oporności tylko jako wartości skompensowanych temperaturowo?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

5. Czy konieczne jest wyświetlanie wartości poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu dozownika?

**Odpowiedź:** *TAK*

6. Czy Zamawiający dopuszcza transmisję danych za pośrednictwem innego portu niż RJ45?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

7. Czy Zamawiający dopuszcza wymiar ramion dozujących na poziomie 220x740mm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.*

6) Dotyczy – Rozdziału VI – pkt 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty do Pakietu Nr 11 przez firmę nie posiadającą polisy ? Prośbę swą motywuję tym iż wymaganie te wydaje się zbędne, firma nasza startuje w przetargach o większej wartości i pierwszy raz spotykamy się z powyższym zapisem. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy produkującej łaźnie wodne. Bardzo proszę o przychylenie się do mojej prośby.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ nie podlegają zmianie.*

*Dokumentu – Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Zamawiający żądał na podstawie § 1 pkt 1 ust. 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r /Dz. U. poz. 231/.*