

Katowice, dn. 2015-11-16

WIW.AG.ZP.272.15.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro Nr sprawy:
WIW.AG.ZP.272.15.2015 na: **dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania (III TURA).

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź.

Dotyczy Pakietu nr 8 - URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA WODY, PRODUKUJĄCE WODĘ STOPNIA ANALITYCZNEGO WRAZ ZE ZBIORNIKIEM- 1 ZESTAW

Pytanie 1

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytania dotyczące Pakietu Nr 8 /II TURA/ - zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie

W związku z wyświetlanymi informacjami nt. poziomu napełnienia zbiornika na ekranie jednostki produkującej wodę czy niezbędne jest równoczesne wyświetlanie ich na wyświetlaczu dozownika?

Odpowiedź:

Niezbędne jest równoczesne wyświetlanie na wyświetlaczu dozownika, ponieważ ramię dozujące będzie się znajdować w innym miejscu niż jednostka produkująca wodę.