

Katowice, dn. 11.05.2015 r.

WIW.AG.ZP.272.6.2015

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 euro na:  
Wykonanie usług dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach w zakresie:  
przeглядów i konserwacji, wzorcowania, adiustacji urządzeń laboratoryjnych.  
Numer sprawy: WIW.AG.ZP.272.6.2015**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź:

**Dotyczy pakietu nr 11**

**Pytanie 1**

Jakiej klasy dokładności są wzorce masy zaplanowane do wzorcowania?

**Odpowiedź:** Wymienione w pakiecie 11 wzorce masy mają I klasę dokładności.

Śląski Wojewódzki lekarz Weterynarii  
w KATOWICACH

lek. wet. Tadeusz Sarna