

dotyczy: **przetargu na dostawę antygenów, surowic, odczynników i testów ELISA do diagnostyki chorób zwierzęcych**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie

Poproszę o wyjaśnienie dotyczące surowicy kontrolnej do diagnostyki *Mycoplasma gallisepticum* (pozycja nr 3 w pakiecie 6).

Czy chodzi o surowicę dodatnią MG czy ujemną SPF?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia Surowicy kontrolnej ujemnej SPF MG do diagnostyki *Mycoplasma gallisepticum* - 5 szt., a'0,5 ml.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: W ROZDZIALE III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt. 2 Pakiet 6 otrzymuje brzmienie:

„Pakiet 6

- 1. Surowica referencyjna dodatnia (+) Test ELISA/AGID, do białaczki bydła (BLV) - symbol P9 –2 szt. a' 1,5 ml.**
- 2. Surowica referencyjna ujemna (-) Test ELISA/AGID, do białaczki bydła (BLV) -symbol -N27- 4 szt. a' 2 ml.**
- 3. Surowica kontrolna ujemna SPF MG do diagnostyki *Mycoplasma gallisepticum* - 5 szt., a'0,5 ml.**
- 4.RSSaBa – OA - 2 szt., a'1 ml.**
- 5.RSSaBa - OWD, 1 szt., a'1 ml” ”**