

Katowice, dn., 01-07-2015 r.

WIW.AG.ZP.272.8.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urzędzeń laboratoryjnych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*) informuje:

I. Do w/w postępowania zostały złożone następujące oferty:

OFERTA NR 1

WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.

OFERTA NR 2

MS SPEKTRUM Szkolmowski Sp.J, ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa.

OFERTA NR 3

ANCHEM Sp.j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzybrodzka 23, 04-041 Warszawa.

OFERTA NR 4

MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź.

OFERTA NR 5

COMEF Sp. z o.o., Sp. k., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice.

OFERTA NR 6

SARSTEDT Sp. z o.o., ul., Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice.

OFERTA NR 7

Bionovo Aneta Ludwig, ul Rataja 30, 59-220 Legnica.

OFERTA NR 8

LABSTORE POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

OFERTA NR 9

MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśluborska 89, 60-432 Poznań.

OFERTA NR 10

TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała.

OFERTA NR 11

PROFILAB Sp. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa.

OFERTA NR 12

WODIMED Piotr Piękosz, ul. Duża Góra 32F/12, 30-857 Kraków.

OFERTA NR 13

NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa.

OFERTA NR 14

MERCK Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

OFERTA NR 15

SYMBIOS Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn.

OFERTA NR 16

Argenta, Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.

Ceny brutto w/w ofert oraz terminy realizacji (liczone w dniach roboczych) podano w załączniku nr 1.

- II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania wybrano z uwagi na najwyższą ilość zdobytych punktów następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	dla pakietu:
1	WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź.	7,16,35,48,51, 53
2	MS SPEKTRUM Szkolmowski Sp.J, ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa.	63
3	ANCHEM Sp.j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Międzybrodzka 23, 04-041 Warszawa.	46,62,64,65
4	MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź.	50
5	COMEF Sp. z o.o., Sp. k., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice.	8,11
7	Bionovo Aneta Ludwig, ul Rataja 30, 59-220 Legnica.	1,3,18,19,20, 22,23,41,47

8	LABSTORE POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.	60
9	MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśluborska 89, 60-432 Poznań.	29
10	TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała.	5,6,9,15,24, 26,27,40,59, 66
12	WODIMED Piotr Piękosz, ul. Duża Góra 32F/12, 30-857 Kraków.	61
13	NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa	28
14	MERCK Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.	37,54
16	Argenta, Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.	13,17,25, 36,38

Przyznaną punktację dla w/w ofert podano w załączniku nr 2.

- III. Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono oferty niżej wymienionych firm:

OFERTA NR 6 dla pakietu 38

SARSTEDT Sp. z o.o., ul., Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice.

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 38 takiego produktu jak: „*Płytki Petriego z polistyrenu, z wentylacją, o średnicy 90 mm, sterylne lub aseptyczne, wysokość 15,2 mm - 16,2 mm...*”

Zaoferowano płytki Petriego bez wentylacji. Zamawiający stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

OFERTA NR 7 dla pakietu 7, 21, 33, 51,

BIONOVO Aneta Ludwig, ul Rataja 30, 59-220 Legnica.

Pakiet 7

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 7 takiego produktu jak: „*Mieszadło magnetyczne, HI 190... 1 szt.*”

Zaoferowano mieszadło magnetyczne HI 190 – 6 szt. Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 21 poz. 2

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 7 takiego produktu jak: „*Taśma do kontroli sterylizacji steam... 6 szt. a 5 m.*”

Zaoferowano taśmę do kontroli sterylizacji steam – 10 szt. a 5m. Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 33 poz. 2

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 33 poz. 2 takiego produktu jak: „*korki uniwersalne z tworzywa sztucznego do probówek o zewnętrznej średnicy 15 - 17 mm, niebieskie. Wymagane próbki*”.

Zaoferowano korki które nie pasują do probówek o zewnętrznej średnicy 15-17mm (wpadają z probówek). Zamawiający na podstawie dołączonych do oferty przetargowej próbek stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 51 poz. 5

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 51 poz. 5 takiego produktu jak: „*Zlewki, DURAN, niskie, z podziałką i wylewem, grubość ścianek pozwalająca na podgrzewanie naczyń, z czytelną podziałką, z polem na opisy, poj. 250 ml, śr. 70 mm, wys. 95 mm (PT) 20 szt.*”

Zaoferowano zlewki o średnicy 120 x 60 mm. - 30 szt. Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

OFERTA NR 9 dla pakietu 31

MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśluborska 89, 60-432 Poznań.

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 31 takiego produktu jak: „*Końcówki bez filtra do pipet automatycznych ostro zakończone, sterylne, 200 µl, bezbarwne w rakach, 960 szt. w opakowaniu, uniwersalne. Wymagane próbki min. 10 szt.*”

Zaoferowano końcówki typu „long” które są za długie, nie są kompatybilne z pudełkami które posiada Zamawiający. Zamawiający na podstawie dołączonych do oferty przetargowej próbek stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

OFERTA NR 10 dla pakietu 22,53

TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała.

Pakiet 22 poz. 3

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 22 poz. 3 takiego produktu jak: „*Worki na zwłoki niebieskie z 4 uchwytami i zamkiem typu C, długość 220 cm x 90 cm.*”

Zaoferowano worki typu C zamykane na taśmę, bez uchwytów, a zamawiane były worki z 4 uchwytami i z zamkiem typu C (czyli zamykane na zamek w kształcie litery C).

Zamawiający stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 53

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaferowania dla pakietu 53 takiego produktu jak: „*Elektroda BlueLine 14 pH z wbudowanym czujnikiem temperatury NTC do pH-metru Lab 860 SET...*„

Zaferowano elektrodę BluLine 17pH. Zamawiający stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

OFERTA NR 11 dla pakietu 39

PROFILAB Sp. c. Włodzimirz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa.

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaferowania dla pakietu 39 takiego produktu jak: „*Płytki Petriego zewnętrzna średnica wieczka 90,8-92 mm sterylne z żebrami pasujące do urządzenia Media Jet będącego wyposażeniem pracowni...*”

Zaferowano płytki Petriego o średnicy 92,52 mm. – są niekompatybilne z urządzeniem Media Jet. Zamawiający na podstawie dołączonych do oferty przetargowej próbek stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

OFERTA NR 14 dla pakietu 2, 60

MERCK Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

Pakiet 2 poz. 1

Zamawiający dla pakietu 2 poz. 1 wymagał dołączenia do oferty przetargowej 1 szt. próbki. W dniu 17-06-2015 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia próbek. Wykonawca pismem z dnia 23-06-2015 r. przesłał Zamawiającemu informację, że nie posiada wymaganych próbek. Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 60 poz. 5

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaferowania dla pakietu 60 poz. 5 takiego produktu jak: „*Filtry strzykawkowe z octanu celulozy do jednorazowego użytku; filtry o średnicy porów 0,45 µm, średnica filtra 13 mm...*”

Zaferowano filtry które nie są wykonane z octanu celulozy. Zamawiający stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

OFERTA NR 16 dla pakietu 2, 43

Argenta, Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.

Pakiet 2

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaferowania dla pakietu 2 takiego produktu jak: „*Głaszczki o wymiarach 4cm/15cm...*”

Zaoferowano głaszczki o wymiarach 2,5/14 cm. Zamawiający na podstawie dołączonych do oferty przetargowej próbek stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 43

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zaoferowania dla pakietu 43 takiego produktu jak: „*Rękawiczki lateksowe, polimerowane, bezpudrowe...*”

Zaoferowano rękawiczki które nie posiadają warstwy polimerowej. Zamawiający na podstawie dołączonych do oferty przetargowej próbek stwierdza, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

- IV. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*) informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców.
- V. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) postępowanie zostało unieważnione dla pakietów: 2, 14,21,32,33,34,42,43,44,45,49,52,55,56,57,58 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
- VI. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) postępowanie zostało unieważnione dla pakietu: 4,10,12,29A,30,31,39 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- VII. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną zawarte w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, niniejsze informacje zostały zamieszczone również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Podpisy członków komisji przetargowej:

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Załącznik 1 - Zestawienie cen brutto oraz terminów realizacji poszczególnych ofert
Załącznik 2 - Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Sprawa prowadzona
w systemie tradycyjnym

