

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach  
40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a**

---

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135.000 euro.

**Przedmiot zamówienia:**

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH DLA  
ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH

**ZATWIERDZAM:**

*(strony 1- 37)*

.....  
Śląski Wojewódzki  
Lekarz Weterynarii w Katowicach

---

**KATOWICE, 05 kwietnia 2016r.**

**Nr sprawy: WIW.AG.ZP.272. 1.2016**

## **ROZDZIAŁ I.** **INFORMACJE OGÓLNE**

### **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159,                   Regon: 000092479

Telefon: (32) 42 88 618; fax: (32) 42 88 618

witryna www: [http:// bip.katowice.wiw.gov.pl](http://bip.katowice.wiw.gov.pl)

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: *od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.*
3. Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: **WIW.AG.ZP.272.1.2016** Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
5. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*).
6. Ogłoszenie i SIWZ - udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, zostanie ono również umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ II** **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (*Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zm.*) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.
2. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 7 Pakietów:

**PAKIET 1 – APARAT DO GRAWIMETRYCZNEGO SPORZĄDZANIA ROZCIEŃCZEŃ  
- 1 ZESTAW**

**PAKIET 2 – DYGESTORIUM NASTOŁOWE BEZWYCIĄGOWE - 1 ZESTAW**

**PAKIET 3 – ŻURAW / DŹWIG DO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU CIĘŻKICH KOSZY DO  
POSIADANEGO AUTOKŁAWU SYSTEC-95 – 1 ZESTAW**

**PAKIET 4 – HOMOGENIZATOR - 1 SZTUKA**

**PAKIET 5 - WIRÓWKA STOŁOWA Z CHŁODZENIEM I GRZANIEM – 1 ZESTAW**

**PAKIET 6 – ZESTAW DO EKSTRAKCJI Z FAZY STAŁEJ SPE – 1 ZESTAW**

**PAKIET 7 – SZAFA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA ZWŁOK – 1 ZESTAW**

3. Kod zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 38000000-5; 33945000-6
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 2 do SIWZ.
5. Wymagana jest, co najmniej 24 miesięczna gwarancja oferowanego urządzenia, liczona od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji w siedzibie Zamawiającego.
6. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i standardy.
7. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
8. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona dokumentacja użytkowa napisana w języku polskim.
9. Oferowany sprzęt powinien posiadać szczegółowy opis techniczny.

10. Wymagana jest instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego i przeszkolenie użytkownika / jeżeli eksploatacja danego urządzenia tego wymaga/.
11. Wymagany termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej do 72 godzin od zgłoszenia (w dni robocze) .
12. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona faktura Vat (dla każdego urządzenia osobna), dokumentacja użytkowa, instrukcja napisana w języku polskim, Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE, karta gwarancyjna.
13. Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny oferty skuteczne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem / dla odpowiednich Pakietów – wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia – zał.2 do SIWZ/.
14. Wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy sprzęt, zapewni wniesienie sprzętu do odpowiedniej, wskazanej przez Zamawiającego pracowni laboratorium i zainstaluje dostarczony sprzęt oraz dokona podłączenia do istniejących źródeł zasilania wraz z zapewnieniem niezbędnych akcesoriów (złączki, redukcje itp.).
15. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować to, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez dołączenie opisu technicznego wraz (ewentualnie) ze zdjęciami, katalogami oferowanego urządzenia.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamówień uzupełniających.

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.

#### **ROZDZIAŁ IV.**

#### **TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. **Ostateczny termin realizacji zamówienia do 30 CZERWCA 2016 r.**
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach ul. Brynowska 27 oraz Brynowska 25 a.

#### **ROZDZIAŁ V.**

#### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
  - 2) wykażą, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych spełniają warunki, dotyczące:
    - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    - b) posiadania wiedzy i doświadczenia
    - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
    - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił, a ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału

w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
  - 1) Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. W przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zamówienia, które będą im powierzone.
  - 2) Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie /oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.
  - 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale VII SIWZ.

## **ROZDZIAŁ VI.**

### **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

## **ROZDZIAŁ VII.**

### **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na podstawie art. 24 ust. 1-2a ustawy Pzp.**

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia do oferty przetargowej następujących dokumentów:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

## **ROZDZIAŁ VIII.**

### **WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.**



W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty przetargowej:

1. Wypełnione, podpisane i opieczątowane (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę Pakietu /zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik 1.1. do SIWZ/.
2. Ważny certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
3. Dokumentację techniczną – np. katalog oferowanego produktu ze wskazaniem producenta, nr katalogowego, wraz z szczegółowym opisem technicznym, umożliwiającym weryfikację, czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, szczególnie opisanymi w załączniku nr. 2 do SIWZ. Kserokopie katalogów winne być opisane numerem Pakietu którego dotyczą.
4. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim oraz potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

## **ROZDZIAŁ IX.**

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego z Wykonawcami.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji, które mogą być przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (w przypadku wnoszenia odwołań wymagana jest forma pisemna).
3. Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń drogą elektroniczną lub faksem został niezwłocznie potwierdzony.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.

5. Zamawiający udzieli, wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, mogą pozostać bez odpowiedzi.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
7. Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
9. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej /poczta elektroniczną/.
10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Joanna Żyszczyńska – pokój 22 B, telefon: (32) 42 88 618, faks (32) 42 88 618,  
adres e-mail: [joanna.zyszczyńska@katowice.wiw.gov.pl](mailto:joanna.zyszczyńska@katowice.wiw.gov.pl)

## **ROZDZIAŁ X.**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **ROZDZIAŁ XI.**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

## **ROZDZIAŁ XII.**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

#### **CZEŚĆ A.**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

6. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i **złączone** w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
8. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
9. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu
10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
15. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy, Wykonawca winien, we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
16. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, oznakowanej w następujący sposób:

WIW.AG.ZP.272.1.2016

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach**

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Przetarg nieograniczony na:

**Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej  
w Katowicach**

Ilość stron oferty .....

**NIE OTWIERAĆ DO**

**15 kwietnia 2016 rok GODZINA 10<sup>15</sup>!**

17. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 184), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

**CZEŚĆ B – ZAWARTOŚĆ OFERTY**

Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda przedstawienia wymienionych niżej dokumentów i oświadczeń.

Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r /Dz. U. poz. 231 /, mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.

### **Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ:**

- 1) Wypełniony, podpisany i opieczetowany (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) Wypełnione, podpisane i opieczetowane (pieczętką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje asortymentowo-cenowe dla każdego **zaoferowanego** przez Wykonawcę Pakietu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.1. do SIWZ/. Zamawiający wymaga, aby wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa na każdy zaoferowany przez Wykonawcę Pakiet była napisana przejrzysto oraz została zamieszczona na osobnej stronie oferty.

### **Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:**

- 1) Oświadczenie oraz opłacona polisa - wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ;
- 2) oświadczenie i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VII SIWZ - pkt. 1 i 4 lub odpowiednio w pkt. 5.
- 3) dokument wymagany postanowieniami Rozdziału VII SIWZ-pkt.6 - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 4) dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VIII SIWZ.

## **ROZDZIAŁ XIII.**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 15 kwietnia 2016r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2016r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 22 A.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu

wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności, warunków płatności zawartych w ofercie.

6. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecny, jednak wyłącznie na ich wniosek.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ XIV.**

### **SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz kosztami dostawy, ubezpieczeniem, itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.
3. Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.  
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – zgodnie z treścią art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **ROZDZIAŁ XV.**

### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Cena -waga kryterium - 90%
- 2) Długość okresu gwarancji - waga kryterium- 10%

#### **1.1. Kryterium ceny - *Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN.***

Maksymalną liczbę punktów za w/w kryterium (90 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto na dany Pakiet, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto na dany Pakiet}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times 90\%$$

C – ilość punktów za cenę

#### **1.2. Kryterium – długość okresu gwarancji - 10% .**

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegał okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na poszczególne urządzenia.

Zamawiający określił minimalny okres gwarancji na 24 miesiące licząc od daty odbioru urządzenia bez zastrzeżeń.

Maksymalna liczba punktów którą Wykonawcy mogą otrzymać w ramach tego kryterium wynosi 10 pkt. i otrzyma je oferta o najdłuższym terminie gwarancji udzielonej na poszczególne urządzenia / Pakiety/ .

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$T = \frac{\text{Okres gwarancji dla danego Pakietu zaproponowany w ofercie ocenianej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach dla danego Pakietu}} \times 100 \times 10\%$$



T- liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

1.3. Ocenę końcową oferty (Ok) stanowić będzie ilość punktów w kryterium cena i okres gwarancji, obliczona wg następującego wzoru:

$$Ok = C + T$$

1.4. Najkorzystniejsza oferta – oferta nie podlegająca odrzuceniu o największej ilości punktów za w/w kryteria dla danego Pakietu.

2. Wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

## **ROZDZIAŁ XVI.**

### **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- 1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- 2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
- 3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.

2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
- 1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - 2) wskazanie Pełnomocnika,
  - 3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
  - 4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na podstawie art. 94 ust.2 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

## **ROZDZIAŁ XVII.**

### **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVIII.**

### **ZAWARCIE UMOWY**

1. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizację zamówienia publicznego zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## **ROZDZIAŁ XIX.**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

1. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Formularz oferty - załącznik 1 oraz wzór Specyfikacji asortymentowo-cenowej- zał. 1.1
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 2
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu/art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał.3.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zał. 4.
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej(druk) - zał. 5
7. Wzór umowy- zał. 6

.....

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OFERTA PRZETARGOWA**

**Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Adres:**

ul. \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_

kod pocztowy \_\_\_\_\_ miejscowość: \_\_\_\_\_ województwo \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Regon \_\_\_\_\_ NIP \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

**I.**

W związku z przetargiem nieograniczonym Nr **WIW.AG.ZP. 272.1.2016** na dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia** w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: ..... PLN

**PROSZE TYLKO ZAZNACZYĆ ZAOFEROWANY PAKIET**

<i>Numer Pakietu</i>	<i>Ogólna Wartość brutto Pakietu</i>	<i>OKRES GWARANCJI /min. 24 m-ce/</i>
PAKIET 1		
PAKIET 2		
PAKIET 3		
PAKIET 4		
PAKIET 5		
PAKIET 6		
PAKIET 7		

**II.**

- 1. Oświadczamy**, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
- 2. Oświadczamy**, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
- 3. Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert.
- 4. Bez zastrzeżeń, przyjmujemy** również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 5. Oświadczamy**, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
- 6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy** sami/przy udziale podwykonawców\*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

a) ..... ,  
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

7. **Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” TAK / NIE\*\*

8. **Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy** .....

tel. .... fax. .... **adres e-mail** .....

9. **Dla wykazania wiarygodności naszej firmy** w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu nieograniczonego, przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ .....str. oferty .....

b/ ..... str. oferty .....

c/ ..... str. oferty .....

data ..... .....

pieczętka i podpis Wykonawcy

*\*niepotrzebne skreślić*

*\*\* jeżeli dotyczy Wykonawcy*

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO /OSOBNO/ PRZEZ WYKONAWCĘ  
PAKIETU/**

*Pakiet Nr .....*

Lp.	Nazwa urządzenia	Jednostka miary	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT (%)	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ Nr katalogowy
1.		zestaw								
<b><u>Razem</u></b>										

Ogółem wartość netto ..... PLN słownie: .....

VAT ..... % tj. .... PLN słownie: .....

Ogółem wartość brutto ..... PLN słownie: .....

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące

**OKRES GWARANCJI .....miesiące**

.....  
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictwo

Data .....

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych wyspecyfikowanych poniżej w Pakietach od 1-7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie!.*

### **PAKIET 1**

#### **APARAT DO GRAWIMETRYCZNEGO SPORZĄDZANIA ROZCIEŃCZEŃ - 1 ZESTAW**

##### **Specyfikacja techniczna**

- 1) dozowanie rozcieńczalnika w sposób eliminujący ryzyko kontaminacji próbki i ramienia dozującego
- 2) wyświetlacz LCD parametrów urządzenia
- 3) 2 pompy ustawione frontem do operatora dla zapewnienia łatwej obsługi
- 4) nastawiany współczynnik rozcieńczenia od 1 do 1/100
- 5) wytrzymały, łatwy w utrzymaniu czystości, wykonany ze stali nierdzewnej statyw na torebkę do naważania
- 6) system automatycznej kalibracji
- 7) dokładność dla wagi <1%
- 8) dokładność dla rozcieńczania < 1%
- 9) wykonane w wodoodpornej i odpornej na UV obudowie
- 10) funkcja automatycznego tarowania
- 11) wbudowana poziomicą bąbelkowa
- 12) regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie
- 13) szybkość działania – rozcieńczenia 25g próbki w czasie nie większym niż 15 sek.
- 14) możliwość wykonania kalibracji i sprawdzenia urządzenia dopuszczonymi przez zamawiającego odważnikami: 10g, lub 100g, lub 200g
- 15) możliwość podłączenia drukarki etykiet lub drukarki kodów kreskowych, komputera, gniazdko RJ 45
- 16) dodatkowy zestaw rurek z 2 dyszami rozpylającymi
- 17) przewód zasilania nie krótszy niż 2 m
- 18) minimalne obciążenie od 1g
- 19) maksymalne obciążenie nie mniejsze niż - 2000g
- 20) temperatura pracy +5 ÷ +45°C
- 21) pasta klejąca umożliwiająca mocowanie torebek do statywu
- 22) zasilanie - ~230V 50Hz
- 23) maksymalne wymiary urządzenia nie przekraczające: 400x455x450mm (szer.x wys.x gł.)
- 24) ciężar: nie więcej niż 11kg



### **DODATKOWE WYMAGANIA:**

- 1) certyfikat CE
- 2) świadectwo wzorcowania dla 5 punktów: 10g, 25g, 100g, 200g, 250g w jednostce akredytowanej przez PCA
- 3) instrukcja obsługi w języku polskim
- 4) szkolenie personelu

### **PAKIET 2**

#### ***DYGESTORIUM NASTOŁOWE BEZWYCIĄGOWE - 1 ZESTAW***

- 1) urządzenie zapewniające ochronę użytkownika i środowiska przed szkodliwymi oparami, gazami gotowe do użytku tylko po podłączeniu do instalacji dostarczającej prąd
- 2) zaopatrzone w filtr/filtry niezbędne do pracy z kwasem octowym lodowatym, tetrachloroetanem, ksylenem
- 3) wymiary zewnętrzne wys. 900-1100 mm, szer. 760-800 mm, głębokość 600-620 mm
- 4) wymiary wewnętrzne wys. 700-760 mm, szer. 700-780 mm, głębokość 480-600 mm
- 5) waga max 60 kg
- 6) stalowa konstrukcja
- 7) maksymalny hałas wentylatorów 52dB
- 8) sygnalizacja wizualna i/lub dźwiękowa informująca o dobrym funkcjonowaniu systemu wentylacji/filtracji
- 9) przezroczyste ściany dające dobre oświetlenie blatu roboczego
- 10) wewnętrzne oświetlenie
- 11) zabezpieczone wejścia na kable do urządzeń montowanych wewnątrz dygestorium
- 12) pozwalające na pracę łaźni wodnej o temperaturze 65°C-67°C zlokalizowanej wewnątrz dygestorium
- 13) brak specjalnych wymagań lokalowych/środowiskowych ( temperatura 15-65°C, wilgotność 20-80%, bliskość innych urządzeń)
- 14) napięcie 230 V
- 15) szkolenie personelu
- 16) zamawiający wymaga, by w okresie gwarancyjnym wykonawca bezpłatnie wymieniał filtr zgodnie ze zużyciem
- 17) instrukcja obsługi w języku polskim
- 18) Zamawiający wymaga jasno określonego interwału czasowego po którym należy dokonać wymiany filtra/filtrów lub jasno określić sposób ustalenia stopnia zużycia filtra/filtrów. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych testów lub urządzeń do określania stopnia saturacji filtra, wymaga dostarczenia ww. testów/urządzeń razem z dygestorium w ilości niezbędnej do pomiarów w ciągu okresu gwarancji.

### **PAKIET 3**

#### **ŻURAW /DŹWIG DOZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU CIĘŻKICH KOSZY DO POSIADANEGO AUTOKŁAWU SYSTEC-95 – 1 ZESTAW**

##### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

- 1) urządzenie winno być wyposażone w silnik elektryczny umożliwiający podnoszenie i opuszczanie ciężkich koszy załadowniczych z wsadem, udźwig min. 35 kg (butelki szklane wypełnione płynem) na wysokość większą niż poziom krawędzi otworu załadowniczego autokławu
- 2) płynne sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem kosza zawieszzonego na dźwigu za pomocą przycisków góra/dół
- 3) ruchome ramie, umożliwiające przeniesienie kosza znad otworu załadowniczego na blat lub stolik ustawiony przy autokławie w celu załadunku/rozładunku kosza
- 4) urządzenie musi być przystosowane do montażu do boku autokławu i musi być przez ten autokław zasilane. Zainstalowanie dźwigu nie może negatywnie wpływać na stabilne ustawienie autokławu
- 5) urządzenie nie może zwiększać wymiarów bocznych autokławu o więcej niż 15 cm
- 6) całkowita wysokość urządzenia nie może przekraczać 210cm
- 7) szkolenie personelu

### **PAKIET 4**

#### **HOMOGENIZATOR - 1 SZTUKA**

- 1) Zakres homogenizowania próbki o objętości od 0,1ml do 10000 ml, funkcją łagodnego startu, membranową klawiaturą i cyfrowym wyświetlaczem wszystkich parametrów.
- 2) Bezstopniowa regulacja prędkości z zakresem prędkości do 30000 min<sup>-1</sup>.
- 3) Prędkość końcówki do 32 m/s.
- 4) Moc wejściowa urządzenia: 1200 W.
- 5) Końcówka homogenizująca o długości nie mniejszej niż 190 mm i średnicy końcówki: 20 mm- stal nierdzewna .
- 6) statyw do napędu
- 7) złączka krzyżowa do zamocowania homogenizatora w statywie
- 8) instrukcja obsługi w języku polskim oraz gwarancja: minimum 24 miesięcy.

### **PAKIET 5**

#### **WIRÓWKA STOŁOWA Z CHŁODZENIEM I GRZANIEM**

##### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

1. Zasilanie: 230V 50Hz
2. Moc pobierana: 980W
3. Maksymalna pojemność 1000 ml
4. Obroty wirowania: 90 ÷ 18000 rpm, krok 1 rpm
5. Maksymalne przyspieszenie (RCF): 30065 x g

6. Czas wirowania: krok 1s; czas: ciągły lub ustawialny możliwość ustawienia godzin, minut i sekund.
7. Wymiary maksymalne 380 x 443 x 695mm [wysokość x szerokość x głębokość]
8. Waga maksymalna 72 kg
9. Z chłodzeniem i grzaniem: zakres regulacji temperatury  $-20^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
10. Temperatura  $+4^{\circ}\text{C}$  zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika
11. Funkcja opóźnionego startu
12. Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury
13. Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem
14. Schładzanie po wirowaniu,
15. precyzyjna stabilizacja temperatury ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ )
16. Bezobsługowy silnik indukcyjny
17. Duży wyświetlacz graficzny LCD: jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury
18. Wygaszanie ekranu po okresie bezczynności – opcja do wyboru w menu
19. 99 programów użytkownika
20. 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
21. Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania
22. Regulacja prędkości obrotowej lub RCF
23. Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
24. Tryb pracy ciągłej HOLD
25. Praca w trybie „SHORT”
26. Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
27. Magnetyczna identyfikacja wirnika
28. Automatyczne otwieranie pokrywy
29. Zamek domykający pokrywę
30. Możliwość rejestrowania parametrów wirowania – za pośrednictwem komputera PC (USB) lub przez drukarkę
31. Zmiana języka menu (PL, EN, DE)
32. Blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
33. Programowe ustawienie gęstości dla próbek  $> 1,2\text{g/cm}^3$  (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)
34. Komora wirowania ze stali nierdzewnej
35. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:
  - a) Sygnalizacja niewyważenia
  - b) Blokada pokrywy podczas wirowania
  - c) Blokada startu przy otwartej pokrywie
  - d) Awaryjne otwieranie pokrywy
  - e) Zabezpieczenie termiczne silnika
36. Produkt zgodny z międzynarodowymi normami CE
37. WYMAGANE DODATKOWE WYPOSAŻENIE
  - a) Wirnik horyzontalny
  - b) Otwarte pojemniki zawieszane okrągłe o pojemności 200 ml)– 4 szt.
  - c) Wkładki redukcyjne na próbówki o pojemności 100 ml – 4 szt.
  - d) Wkładki redukcyjne na próbówki o pojemności 3x 30/25 ml ( $\text{Ø } 25,5 \times 100 \text{ mm}$ ) 4 szt.
  - e) Wkładki redukcyjne na próbówki o pojemności 7 x 15/10ml ( $\text{Ø } 17 \times 110 \text{ mm}$ )– 4 szt.

- f) Zawieszka do wirnika horyzotalnego na 2 probówki Falcon 50ml – 4 szt.
- g) Zawieszka do wirnika horyzotalnego na 4 probówki Falcon 15ml z pojemnikami na probówki – 4 szt.
- 38. Instrukcja obsługi w języku polskim
- 39. Szkolenie personelu

## **PAKIET 6**

### **ZESTAW DO EKSTRAKCJI Z FAZY STAŁEJ SPE – 1 ZESTAW:**

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

- 1) Komora próżniowa ze szkła borokrzemianowego (monolit) z możliwością autoklawowania – 1szt.
- 2) Pokrywa z poliamidu z uszczelką ze spienionego PE- 1 szt.
- 3) Zapasowa uszczelka ze spienionego PE - 1 szt.
- 4) Jednocześnie króce (igły) typu Luera z PTFE – 24 szt.
- 5) Zawór regulujący podciśnienie z PTFE z wakuometrem kontrolnym – 1 szt.
- 6) Statyw na odbieralniki eluatu z PTFE z 3 półkami na odbieralniki (szlif) NS 14/23 i NS 10/19 i podstawą – 1 zestaw
- 7) Korki Luera -12 szt.
- 8) Zawory (kraniki) z polipropylenu - do rezerwuarów, filtrów i wszystkich kolumn spe - 24 szt.
- 9) Pompa membranowa, praca bezobsługowa, cicha, proste podłączenie elektryczne oraz gazowe (poprzez kabel i węże).
- 10) Odpowiednia do ogólnych zastosowań próżniowych i pompowania.
- 11) Wymagane zasilanie: 230 V/50 Hz.
- 12) Głowica wykonana z aluminium, membrana z CR (guma neoprenowa), zawory ze stali nierdzewnej.
- 13) Przepływ nominalny przy ciśnieniu atmosferycznym przynajmniej 15 l/min.
- 14) Próżnia końcowa 100 mbar abs. (bez przepływu), nadciśnienie do 4 bar.
- 15) Wymiary (dług. x wys. x szer.) 207 x 194 x 145 mm, waga 4 kg.

## **PAKIET 7**

### **SZAFKA CHŁODNICZA DO PRZECHOWYWANIA ZWŁOK**

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

#### **Komora chłodnicza na jedną tacę na zwłoki i resztki zwierzęce chłodzone agregatem sufitowym**

Obudowa komory oraz wyposażenie :

1. Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej gat. 1.4301 .
2. Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza) wykonany z spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości 100 mm.
3. Komora wyposażona w drzwi chłodnicze o płacie wykonanym z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Płat drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek , wkładkę patentową lub inny mechanizm) . Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180 ° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi.
4. Drzwi powinny być otwierane ku górze – zawiasy przy dłuższej krawędzi drzwi ze względu na niewielką przestrzeń lokalową
5. Drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową z funkcją bezpiecznego otwierania
6. Komora powinna posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji.
7. Komora powinna być ustawiona na regulowanych nóżkach – podporach umożliwiających mycie i dezynfekcję przestrzeni pod komorą lub na kołach z hamulcem (opcja do wyboru).
8. Komora ma być przystosowana do przechowywania zwłok i resztek zwierzęcych na pojedynczej wyjmowanej tacy wymiarem dopasowanej do wielkości komory jednak nie mniejszej niż 1600 x 600 mm (+/- 50mm). Komora ma posiadać wewnętrzny regał na którym taca będzie umieszczona. Taca nie może posiadać elementów ruchomych narażonych na uszkodzenie natomiast powinna być wyposażona w dwa czołowe uchwyty. Regał, taca mają być wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych.
9. Komora powinna posiadać własne wewnętrzne oświetlenie .
10. Komora powinna posiadać następujące wymiary wynikające z wielkości pomieszczenia w którym będzie zainstalowana  
szerokość : 1900mm (+/- 50 mm)  
głębokość : 900 mm (+/- 50 mm)  
wysokość : 1200 mm (+/- 50 mm) + 350 mm agregat chłodniczy umieszczony po lewej stronie komory na suficie

#### **Urządzenie chłodnicze komory**

1. Komora ma być wyposażona w 1 agregat chłodniczy typu compact umieszczone na suficie komory
2. Agregat chłodniczy ma gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie od -5°C do +5°C.
3. Agregat chłodniczy ma posiadać system automatycznego odszraniania.
4. Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju komory.
5. Agregat powinien gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone.

6. Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego elektronicznego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym o następujących funkcjach :
  - a) wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory
  - b) wyświetlanie zadanej temperatury dla komory
  - c) możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie
  - d) sterowanie oświetleniem komory
  - e) sygnalizacja pracy sprężarki agregatu
  - f) sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory
  - g) sygnalizacja awarii
7. Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (jednak w odległości nie większej niż 10 m )
8. Agregat chłodniczy powinien posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,2kW .
9. Inne wymagania
  - 1) Transport i montaż do siedziby Zamawiającego
  - 2) Gwarancja minimum 24 miesiące
  - 3) Instrukcja obsługi w języku polskim
  - 4) Karta gwarancyjna

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

### O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Działając w imieniu

.....  
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy – pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....  
.....

(pełna nazwa i adres Partnera/ów w przypadku Konsorcjum)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nr **WIW.AG.ZP.272.1.2016** na:

.....  
.....

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA \***

.....  
.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr  
**WIW.AG.ZP.272.1.2016** na:

.....  
.....  
.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*).

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań)

\* w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów



.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zgodnie z wymogami art. 26 ust.2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr **WIW.AG.ZP.272.1.2016** NA

.....  
.....  
oświadczam, że:

**nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy\*

**przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy:\*\*

1).....

2).....

3).....

**\* zaznaczyć odpowiednio.**

\*\* Art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

**\*\* w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów**

.....(miejsce, data)

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowiązań)

**WZÓR UMOWY**

W dniu ..... pomiędzy:

**Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach**

ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159,                      Regon: 000092479

reprezentowanym przez :

1. lek. wet. Jerzego Smogorzewskiego – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,
2. mgr Zdzisława Czardybana – Głównego Księgowego,  
**zwanym dalej „Zamawiającym”,**

a

.....

NIP .....; REGON .....

reprezentowanym przez :

1. ....

2. ....

działającą na podstawie wpisu

do: .....

**zwanym dalej „Wykonawcą”,**

została zawarta umowa następującej treści :

**§1**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, oznaczonego znakiem nr **WIW.AG.ZP. 272.1.2016**, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy z montażem urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

**§2**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzedaje i dostarczy przedmiot zamówienia (Pakiety Nr .....), zgodnie z ofertą przetargową.
2. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Łączna wartość zamówienia objęta niniejszą umową wynosi:  
    netto: .....  
    słownie: .....  
    brutto : .....  
    słownie: .....

na numer konta Wykonawcy : ..... w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Przelanie należności Wykonawcy na inny numer konta niż podany w § 2 pkt. 3 może być dokonane jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
4. Należność za zakupiony przedmiot umowy przekazana będzie przez Zamawiającego po dostawie, montażu i odbiorze urządzenia bez zastrzeżeń oraz po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Odbioru urządzenia Zamawiający dokona w formie pisemnego protokołu przekazania do eksploatacji. Protokół zostanie sporządzony po przeszkoleniu pracowników.

### § 3.

1. Wykonawca dostarczy produkty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie później niż do 30 czerwca 2016r.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27 - nie później niż do godziny 14:00

3. Ustalona w § 2 ust. 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków przechowywania towaru podczas transportu.
5. Wraz z towarem powinny zostać dostarczone:
  - a) Faktury (DLA KAŻDEGO URZĄDZENIA winna być wystawiona osobna Faktura VAT - oznaczona Nr. Pakietu, Nr kat. oferowanego produktu).
  - b) Świadectwo CE zgodności wyrobu z regulacjami UE
  - c) Karta gwarancyjna
  - d) Instrukcja obsługi w języku polskim

W przypadku dostarczenia towaru bez w/w dokumentów towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

#### § 4.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolny od wad.
2. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na urządzenia laboratoryjne, liczonej od daty dostarczenia Zamawiającemu.
3. Wykonawca w ramach gwarancji usunie bezpłatnie stwierdzone wady fizyczne urządzenia na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciążą Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami materiałowymi.
4. O wystąpieniu wszelkich wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę lub wskazany przez niego serwis i zapewni swobodny dostęp do ich usunięcia.
5. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji naprawianego elementu o czas w jakim zostanie dokonana naprawa, który liczony będzie od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

#### § 5.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

#### § 6.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - a) Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy /Pakietu/ za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.

- b) W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanego pakietu.
2. W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
  3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
  4. Każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

#### § 7.

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
  - a) ze strony Zamawiającego: .....
  - b) ze strony Wykonawcy: .....

#### § 8.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

#### § 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**