

Katowice, dn. 2016-04-07

WIW.AG.ZP.272.1.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 euro Nr sprawy:
WIW.AG.ZP.272.1.2016 na: **dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź.

Dotyczy Pakietu nr 5

WIROWKA STOŁOWA Z CHŁODZENIEM I GRZANIEM – 1 ZESTAW

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie – jakimi probówkami Zamawiający chce wirować w wyspecyfikowanej wirówce z wirnikiem horyzontalnym i pojemnikami 200 ml?

Odpowiedź:

Używane są probówki takie jak: typu Falcon 50 ml (średnica 28-30 mm, wysokość 115-120 mm), probówki typu Falcon 15 ml (średnica ok 15-17 mm, wysokość 115-120 mm), probówki szklane poj. 10 ml (średnica 15-20 mm, wysokość 90-110 mm), probówki szklane poj. 15 ml (średnica 18 mm, wysokość 102 mm), probówki szklane poj. 35 ml (średnica 29 mm, wysokość 100 mm), probówki szklane poj. 25-30 ml (średnica ok 24 mm, wysokość 100-106 mm).