

Katowice, dn. 2016-04-11

WIW.AG.ZP.272.1.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 euro Nr sprawy:
WIW.AG.ZP.272.1.2016 na: **dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania (**II TURA**).

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*) Zamawiający podaje treść pytania oraz odpowiedź.

Dotyczy Pakietu nr 5

WIRÓWKA STOŁOWA Z CHŁODZENIEM I GRZANIEM – 1 ZESTAW

Pytanie:

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga wirnika horyzontalnego 4x200 ml oraz wkładek redukcyjnych 3 x 30/25 ml, które nie pasują do w/w wirnika, prosimy o informację – czy Zamawiający zrezygnuje z wkładek 3 x 30/25 ml?

Wg specyfikacji producenta wkładki te pasują do wirnika 4 x 250 ml a nie do 4 x 200 ml, którego wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ dla Pakietu Nr 5.

W opisie przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 5, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ – zostaje usunięty punkt 37 d) - wkładki redukcyjne na próbówki o pojemności 3 x 30/25ml (Ø 25,5×100 mm) w ilości 4 szt.

Pozostałe postanowienia SIWZ oraz termin otwarcia ofert pozostają bez zmian.