

WIW.AG.ZP.272.7.2016

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 euro Nr sprawy: **WIW.AG.ZP.272.7.2016**
na dostawę produktów do badań mikrobiologicznych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 –dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w poz. 1 o następującym składzie w g/l:

Pankreatynowy hydrolizat żelatyny	17,00	
Peptony (mięсны i kazeinowy)	3,00	
Laktoza		10,00
Sole żółci	1,50	
Chlorek sodu	5,00	
Agar	13,50	
Czerwień obojętna	0,03	
Fiolet krystaliczny	0,001	

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2 - dotyczy Pakietu nr 6

Uzasadnienie pkt 1 i 2: Pozostałe składniki podłoża zgodnie z SIWZ. Ilość użytego agaru zależy od jego siły żelowania. Siła zestalania jest zależna od źródła pozyskiwania agaru, w związku z tym polskie normy określają zakres, w którym powinna mieścić się ilość agaru w pożywce.

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **poz. 1** podłoża podłoża z zawartością agaru 15 g/l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 podłoża z zawartością agaru 15 g/l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 podłoża o składzie:

Wyciąg z serc 12,0

Wyciąg drożdżowy 5,0

Tryptosa 5,0

Cholan sodu 3,0

taurocholan sodu 5,0

Deoksycholan sodu 1,0

Mikstura chromogenna 8,0

Agar 15,0

pH w temp 25°C 7,3 ± 0,2

wraz z suplementem w **poz. 8** o składzie Novobiocin 10mg i Cefsulodin 24mg – 1 fiołka na 1000 ml podłoża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 podłoża o pH 7,2 ± 0,2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 - dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osocza króliczego z datą ważności 12 m-cy od dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 - dotyczy Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 1 i 2 podłóż z minimalnym terminem ważności 4 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5 -dotyczy Pakietu nr 11:

Czy Zamawiający oczekuje podłoża z zawartością glukozy 20 g/l?

Odpowiedź:

Tak zamawiający oczekuje w składzie glukozy 20g/l.

Pytanie 6 - dotyczy Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków z datą ważności 12 m-cy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7 - dotyczy Pakietu nr 14:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków z datą ważności 12 m-cy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 oraz 18 z pakietu? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8 - dotyczy Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża o składzie:

Skład w g/l:

Pepton..... 5,0

Ekstrakt mięsny 3,0

Chlorek sodu 5,0

Agar 15,0

pH w temp 25°C 7,0 ± 0,2

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9 - dotyczy Pakietu nr 19:

Prosimy o określenie, czy Zamawiający oczekuje suplementu rozpuszczonego w wodzie czy alkoholu etylowym

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje suplementu rozpuszczalnego w mieszaninie alkoholu etylowego i wody.

Pytanie 10 - dotyczy Pakietu nr 23:

Czy Zamawiający oczekuje podłoża z agarem? Jeśli tak, czy Zamawiający zaakceptuje skład:

Skład w g/l:

Ekstrakt drożdżowy 5,0

Glukoza 20,0

Agar 12,0

pH w temp 25°C 7,0 ± 0,2

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje podłoża z agarem 12-15g/l.

Pytanie 11 - dotyczy Pakietu nr 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z zawartością zieleni brylantowej 0,015g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 - dotyczy Pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 suplementu rozpuszczalnego w r-rze wodorotlenku sodu?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 suplementu o składzie i wycenie 20 op a' 10 fiolek:

Ceftazydym.....	10,0.mg	
Amfoterycyna B.....	5,0.mg	
Sól sodowa kwasu nalidyksowego.....		...10,0 mg
Siarczan Polimyksyny B.....	38,350 IU	

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - dotyczy Pakietu nr 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o składzie:

Enzymatyczny hydrolizat kazeiny.....	8,6
Ekstrakt mięsny.....	4,3
Żółć bydłęca do celów bakteriologicznych	4,78
Chlorek sodu (NaCl).....	2,6
Węglan wapnia (CaCO ₃).....	38,7
Tiosiarczan sodu pięciowodny (Na ₂ S ₂ O ₃ x 5H ₂ O).....	47,8
Zieleń brylantowa	0,0096
pH w temp. 25°C	8,20 ±0,2

Do którego zostanie wyceniona jako oddzielna pozycja MKTT Novobiocin Supplement ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 - dotyczy Pakietu nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1, 3,4 szczepów kontrolnych w postaci liofilizowanych krążków z pierwszego pasażu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 15 - dotyczy Pakietu nr 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z zawartością agaru 15g, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 - Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.09.2016? Termin składania ofert mija 14.07, łącznie procedura przetargowa może potrwać do 14.08, należy doliczyć 5 dni po rozstrzygnięciu przetargu aby dopełnić formalności związane z podpisaniem umowy co de facto pozostawia wykonawcy 8 dni roboczych na realizację zamówienia. Czas ten jest niewystarczający aby przygotować podłoża z nowej produkcji.

Zamawiający określił maksymalny termin realizacji zamówienia na 15 dni roboczych co w związku z powyższym uzasadnieniem może być niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatów kontroli jakości oraz metodyk w postaci elektronicznej na płycie CD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie certyfikatów kontroli jakości oraz metodyk w postaci elektronicznej na płycie CD.

Pytania dotyczące umowy

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent wraz z towarem dostarczał tylko fakturę, zaś wymaganą dokumentację (metryki, karty charakterystyki) dla całego przedmiotu umowy dostarczył wraz z pierwszą dostawą zamówionych produktów w formie zbindowanej książki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania daty wystawienia dokumentu na certyfikacie kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatu z podpisem osoby upoważnionej jeżeli na dokumencie umieszczona będzie informacja o elektronicznej walidacji procesu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane zmiany.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej za opóźnienie z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w par. 3 umowy z 0,1% wynagrodzenia umownego brutto /Pakietu/ za każdy dzień opóźnienia na 0,1% wynagrodzenia niezrealizowanego zamówienia w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy z wysokości 10% umówionego wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 2 ust. 3 umowy na 10% wynagrodzenia niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 24 - Dotyczy: Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża sypkiego o poniższym składzie?

Hydrolizat kazeinowy.....1,5 g

Hydrolizat żelatynowy....17,0 g

Wyciąg mięsny.....1,5 g

Sole żółciowe1,5 g

Chlorek sodu5,0 g

Agar13,5 g

Fiolet krystaliczny0,001 g

Laktoza10,0 g

Czerwień obojętna0,03 g

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 25 - Dotyczy: Pakietu 6

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 2, 3, 4 i 8 utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suplementów z 12-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 26 - Dotyczy: Pakietu 8

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza króliczego z minimum 8-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza w opakowaniu zawierającym 5 ml i zaoferowanie 18 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie 27 - Dotyczy: Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 i 2 płytek odciskowych z 3-miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 10-tygodniowym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 28 - Dotyczy: Pakietu 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z minimum 9-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie 29 - Dotyczy: Pakietu 15

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości jedynie dla wybranych surowic (np. dwóch)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z poniższymi terminami ważności?

- poz. 4 – 09.2017,

- poz. 9 – 04.2018,

- poz.10 – 09.2017.

Producent surowic (firma SIFIN) posiada na stanie magazynowym jedynie surowice z takimi terminami ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie 30 - Dotyczy: Pakietu 19

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża sypkiego o poniższym składzie?

Columbia Agar Base41,0 g

Eskulina1,0 g

Chlorek litu15,0 g

Cytrynian amonowo-żelazowy.....0,5 g

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 2 suplementu z 12 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie 31 - Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża sypkiego o poniższym składzie?

Enzymat. Hydrolizat soi.....4,5 g

Chlorek sodu7,2 g

KH₂PO₄ 1,26 g

K₂HPO₄0,18 g

Zieleń malachitowa0,36 g

Chlorek magnezu bezwodny ...13,4 g

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 32 - Dotyczy: Pakietu 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1 i 2 utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 33 - Dotyczy: Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści test z terminem ważności minimum 12 miesięcy, ale zawierający w zestawie odczynnik do hemolizy z krótszym terminem (12 tyg.)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie 34 - Dotyczy: Pakietu 19 poz. 2

Czy zamawiający dopuści suplement o składzie (na 1000ml podłoża): Amfoterycyna B 10.0mg, Siarczan kolistyny 20.0mg, Akryflawina 5.0mg, Cefotetan 2.0mg, Fosfomycyna 10.0mg, który należy rozpuścić w 10ml 70% etanolu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 35 - Dotyczy: Pakietu 43

Czy Zamawiający dopuści podłoże Agar DST o podanym składzie i pH 7,4 ± 0,2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.