

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi :

I. Pytania dotyczące Pakietu 21 – komory laminarne:

- 1. Czy Zamawiający żąda wymian filtra HEPA , głównego i wylotowego podczas przeglądu serwisowego, czy też będzie on zlecany oddzielnie, w przypadku stwierdzonej niewydolności filtra i wyceniany oddzielnie?*

Wymiana filtrów zostanie dokonana wyłącznie po stwierdzeniu konieczności wymiany przez serwisanta i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, koszty związane z ich dostarczeniem i wymianą nie powinny zostać uwzględnione w ofercie na przeglądy i konserwacje.

- 2. Proszę o wyjaśnienie, co znaczy „czyszczenie filtra wylotowego”? Czy znaczy to „odkurzenie” go z ewentualnych zewnętrznych zanieczyszczeń. ? Jakakolwiek ingerencja w filtry HEPA jest niedozwolona.*

Zamawiający rozumie pod tym pojęciem czyszczenie z zewnątrz, bez ingerencji w same filtry,

- 3. Czy kontrola szczelności oraz integralności filtrów ma być potwierdzona certyfikatami używanych urządzeń, wraz z załączeniem wydruków parametrów pracy komór w trakcie przeglądu? Oraz wystawieniem certyfikatu dla każdego z urządzeń zgodnie z normą PL EN12469?*

Tak, kontrola szczelności i integralności ma zostać potwierdzona certyfikatami używanych urządzeń wraz z załączeniem wydruków parametrów pracy komór w trakcie przeglądu oraz wystawieniem certyfikatu dla każdego z urządzeń zgodnie z normą PL EN12469.

4. Czy Zamawiający żąda wymiany lamp UV w urządzeniach w trakcie przeglądu?

Tak, koszty związane z dostarczeniem i wymianą lamp UV powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty przetargowej.

5. Czy Zamawiający żąda – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nawiewów laminarnych – wykalibrowania urządzeń w trakcie przeprowadzania czynności serwisowych?

Tak, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nawiewów laminarnych urządzenia powinny zostać wykalibrowane w trakcie przeprowadzania czynności serwisowych.

II. Pytanie dotyczące pakietu 1 w pozycji nr 4.

1. Prosimy wymienić, jakie materiały eksploatacyjne należy wymienić w momencie wykonywania usługi, a tym samym, jakie materiały i w jakiej ilości należy wycenić przy składaniu oferty.

Przy sporządzaniu oferty przetargowej należy uwzględnić złączki i przewody w ilości przewidzianej przez producenta urządzenia.

Filtry, wkłady i lampy będą wymieniane wyłącznie po stwierdzeniu konieczności wymiany przez serwisanta i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, koszty związane z ich dostarczeniem i wymianą nie powinny zostać uwzględnione w ofercie na przeglądy i konserwacje.