

dotyczy: **postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do SIWZ.

I. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr 26 poz. 1

Czy dopuszczą Państwo także zakrętki innego koloru niż zielone? Czy uszczelka w zakrętkach może być z silikonem innego koloru niż biały?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza inny kolor zakrętki niż zielony. Uszczelka może być innego koloru niż biały pod warunkiem, że będzie to uszczelka silikonowa.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 26 poz. 2

Czy wialki do AAS mają być w opakowaniach 100szt czy 1000szt? Standardowo występują właśnie w tych większych opakowaniach.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, w Pakiecie nr 26 poz. 2 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga opakowań 2 opak. a' 1000 szt., i wprowadza zmiany do SIWZ.

II. Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

- 1. W załączniku nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo-cenowe”, Pakiet 26 poz. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

Pakiet 26**Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne**

1.	Wialki do autosamplera - Zestaw wialek ze szkła oranżowego opakowanie po 100szt.: wialki z miejscem na opis, 1,5 ml, 32x11,6 mm., w zestawie z zielonymi zakrętkami 99 mm PP, biały silikon/PTFE	40 opak. a' 100 sztuk	1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego
2.	Wialki do autosamplera do AAS poj. 2ml ze stożkowym dnem 1 op a 1000szt	2 opak. a' 1000 sztuk	