

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuje Wykonawców o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez :

1. Archem Sp. z o.o. ul. Wesoła 8 55-002, Łany na pakiet 1.
2. TESORA Marzena Paczyńska, 43-300 Bielsko -Biała ul. Cieszyńska 367/201 na pakiety 13,14,24.
3. Alfachem Sp. z o.o. ul. Uni Lubelskiej 3 61-249, Poznań na pakiety 16,23.
4. Mar-four Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź na pakiety 8,19.
5. P.W. Eurodis Jolanta Pinet ul.Poznańska 16-18 89-203, Zamosć k. Bydgoszczy na pakiet 12.
6. Labstore Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785, Warszawa na pakiety 15,26.
7. Bionovo Aneta Ludwig ul. Nowodworska 7 59-220, Legnica na pakiety 5,18,25,28,29,30,31.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium cena zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

II. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy prawo zamówień publicznych odrzucił oferty, których treść nie odpowiadała treści SIWZ tj.:

1. Ofertę firmy TESORA Marzena Paczyńska, 43-300 Bielsko -Biała ul. Cieszyńska 367/201 złożoną na pakiet 27 - oferowane worki na zwłoki firmy Śreniawski mają wymiary 220 cm x 90 cm oraz grubość folii 0,15-0,16 µm, Zamawiający wymagał zaaferowania worków o wymiarach 150 cm x 90 cm i grubości minimum 180 mikronów.
2. Ofertę firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Uni Lubelskiej 3 61-249, Poznań złożoną na pakiet 20 poz. 2 i 3 - oferowane pipety mają punkt „0” u góry, Zamawiający wymagał zaoferowania pipet z nadrukowaną u góry nominalną objętością.
3. Ofertę firmy Mar-four Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź, złożoną na pakiet 21. Przesłane przez Wykonawcę próbki nie spełniają wymagań Zamawiającego tj.:

poz. 1 - oferowane płytki nie posiadają zgrubień wentylacyjnych.

poz. 2 - oferowane płytki titracyjne mają dzielony spód płytki.

III. Unieważnieniu postępowania:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) Ustawy prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie dla pakietów: 2,3,4,6,7,9,10,11,17,22, 27 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załącznik nr 1. Ocena i porównanie złożonych ofert (punktacja)