

dotyczy: **postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnych artykułów laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 12, poz. 1 i 2 w trosce o jakość wykonywanych badań wymaga pipet serologicznych, pakowanych indywidualnie, sterylnych, wolnych od DNaz, RNaz i niepirogennych, z dwukierunkową i ujemną skalą, z kolorowymi oznaczeniami różnych pojemności?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu sterylnego z aktualnym certyfikatem serii.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 wymaga ez z PP, pakowanych w blister papierowo-foliowy, z certyfikatem sterylności i kalibracji dołączonym do oferty?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu sterylności i kalibracji. Forma pakowania produktu jest dowolna.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 do pozycji nr 1 i do pozycji nr 2 filtry w kolorze żółtym?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza inny kolor dla filtrów strzykawkowych w Pakiecie nr 1 dla pozycji nr 1 i 2, pod warunkiem, że spełniają wszystkie pozostałe wymagania zawarte w przedmiocie zamówienia.