

dotyczy: **postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 13

*Czy do ceny przeglądu mamy dodać ceny części, które ewentualnie mogą zostać wymienione?
A może części będą objęte oddzielnym postępowaniem?*

Odpowiedź.

Zamawiający informuję , że zgodnie z zapisami w SIWZ w rozdziale XIII pkt 2 :

„2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo- cenowe” oraz kosztami dostawy, ubezpieczeniem, itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.”

Ponadto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ w §2 pkt 3 Zamawiający zawarł zapis :

„Wymiana zużytych części, usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia nastąpi w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne. Zakup zużytych części, obciążających dodatkowo Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po jego akceptacji.”