

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

#### ***Dotyczy Pakietu nr 2***

*Czy w Zamawiający wymaga wykonania kalibracji układu pomiarowego urządzenia w ramach przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta?*

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający pisząc o sprawdzeniu zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów przewodność /oporność, temperatura - miał namyśli kalibrację układu pomiarowego urządzenia w ramach wykonywanego przeglądu.

### **Pytanie 2**

#### ***Dotyczy Pakietu nr 2***

*Czy kalibratory wykorzystane do kalibracji urządzenia muszą być oryginalne i posiadać aktualne (nie starsze niż rok) świadectwa wzorcowania wydane przez jednostkę akredytowaną przez PCA, które należy przedstawić do wglądu?*

#### **Odpowiedź.**

Kalibratory wykorzystane do kalibracji urządzenia powinny być oryginalne i winny zawierać aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez PCA – jedyną jednostkę akredytującą w Polsce. Kopia świadectwa wzorcownia powinna być dostarczona Zamawiającemu wraz z dokumentacją serwisową po wykonaniu usługi.

### **Pytanie 3**

#### ***Dotyczy Pakietu nr 21***

*Czy Zamawiający żąda wymiany filtrów głównego i wylotowego w każdej z komór, czy też najpierw sprawdzenia filtrów HEPA głównego i wylotowego laserowym licznikiem cząstek, ich szczelności, upływności oraz pomiarów przepływów w komorze roboczej – zgodnie z obowiązującą normą PL EN 12469? Oraz wystawienia certyfikatów wraz z wpisami do paszportu technicznego urządzenia.*

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający wymaga sprawdzenia szczelności i upływności filtrów HEPA (głównego i wylotowego) oraz pomiarów przepływów w komorze roboczej wraz wystawieniem certyfikatów i protokołu przeglądu generalnego.

### **Pytanie 4**

#### ***Dotyczy Pakietu nr 21***

*Jeżeli okazałoby się, że filtry wymagają wymiany – dopiero wtedy celowym wydaje się określenie kosztorysu ich wymiany. Zmienia to całkowicie koszt wykonania usługi dla każdej z komór. Jeżeli filtry są szczelne i przepływy laminarne w komorze są zgodne z normami, to nie ma sensu wymieniać filtrów.*

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, że wymiana filtrów HEPA w razie konieczności zostanie dokonana po przeglądzie i przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniego kosztorysu.

### **Pytanie nr 5**

#### ***Dotyczy Pakietu nr 21***

*Czy Zamawiający wymaga sprawdzenia żywotności lamp UV w komorach i ich ewentualnej wymiany?*

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający wymaga sprawdzenia żywotności lamp UV. Wymiana lamp UV w razie konieczności zostanie dokonana po przeglądzie i przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniego kosztorysu.

