

dotyczy: **postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

##### ***Dotyczy Pakietu nr 20***

*W zapytaniu (SIWZ) w pakiecie „20” wymieniony został aparat: Fibertec 2010. Jest to jednostka do ekstrakcji na gorąco. Chcielibyśmy złożyć ofertą na przegląd, ale prosimy o informację, czy oferta ma dotyczyć jedynie jednostki Fibertec 2010 czy również Fibertec 1021 – ekstrakcja na zimno? Na jakim etapie możemy poznać warunki Umowy?*

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający dla Pakietu nr 20 wymaga wykonanie przeglądu i konserwacji tylko dla jednostki do ekstrakcji na gorąco tj. Fibertec 2010 . Jednocześnie informujemy, że wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

#### **Pytanie 2**

##### ***Dotyczy Pakietu nr 2***

*Czy Zamawiający wymaga aby kalibracja urządzenia była wykonywana przy użyciu odpowiednich kalibratorów o parametrach wymaganych przez producenta urządzenia oraz czy w/w wymienione kalibratory powinny posiadać aktualne certyfikaty wzorcowania wydane przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.*

#### **Odpowiedź.**

Kalibratory wykorzystane do kalibracji urządzenia powinny być oryginalne (wymagane przez producenta) i powinny zawierać aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez PCA – jedyną jednostkę akredytującą w Polsce. Kopia świadectwa wzorcownia powinna być dostarczona Zamawiającemu wraz z dokumentacją serwisową po wykonaniu usługi.