

dotyczy: **postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, informuje Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi:

**Pytanie 1**

***Dotyczy Pakietu nr 20***

*czy zamawiający dopuszcza zmianę zakresu czynności usługi do pakietu nr 20, tj.: punktu „c”:*

*z: „Regeneracja pompy wody”*

*na: „Wymiana elementów pompy z wykluczeniem silnika”*

**Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość wymiany pompy jeżeli jej regeneracja nie będzie możliwa. Zamawiający wymaga, aby w ofercie podać cenę oraz numer katalogowy pompy.