

Katowice, dn. 2019-08-13

WIW.AG.ZP.272.4.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.4.2019 na: **dostawę odczynników chemicznych.**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania (**II TURA**).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający akceptuje produkt Eter naftowy 40-60stC do HPLC firmy Chempur, nr kat. 61384690?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje produkt Eter naftowy 40-60stC do HPLC firmy Chempur, nr kat. 613846900

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje produkt Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252?

Uzasadnienie:

Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 810981118, natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 31.01.2021.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje produktu Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252.

Jednocześnie wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności zamawianego odczynnika do 31.01.2021, czyli do 16 miesięcy.

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 117468009?

Uzasadnienie:

Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 746800113, natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 30.11.2020.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje produktu Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 117468009.

Jednocześnie wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności zamawianego odczynnika do 30.11.2020, czyli do 14 miesięcy.

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający akceptuje produkt Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 115750002? Uzasadnienie: Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 575000115, natomiast produkt ten jest aktualnie niedostępny w sprzedaży u tego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje produkt Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 115750002.

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający akceptuje produkt N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. firmy Eurochem (świadcstwo jakości w załączniku)? Uzasadnienie: Ujęte w przedmiocie zamówienia

parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 669940116, natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 30.01.2021.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje produkt N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. firmy Eurochem.

Załącznik 1 do pytania: - N-(1-NAFTYLO)ETYLENODWUAMINY 2HCl CZDA.pdf

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający akceptuje produkt N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a. firmy Eurochem (świadcstwo jakości w załączniku)? Uzasadnienie: Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 349630114, natomiast produkt ten jest aktualnie niedostępny w sprzedaży u tego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 9 specyfikuje odczynnik: 4-Dimetyloaminobenzaldehyd cz.d.a, a nie N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek cz.d.a.

Zamawiający akceptuje produkt, którego certyfikat został dołączony do pytania, a mianowicie 4-Dimetyloaminobenzaldehyd firmy Lach:ner nr kat.C11/2019/1130, z terminem ważności 28.2.2022.

Załącznik 2 do pytania: - Dimetyloaminobenzaldehyd

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 21

Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118798103? Uzasadnienie:

Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 879810112, natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 31.03.2021.

Odpowiedź:

W Pakiecie Nr 3 poz. 21 Zamawiający specyfikuje inny odczynnik: di-Sodu wersenian 2 . hydrat, a nie potasu wodorotlenek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na skrócenie daty ważności do 31.03.2021.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23

Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 117992809? Uzasadnienie:

Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 799280115, natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 31.03.2021.

Odpowiedź:

W Pakiecie Nr 3 poz. 23 Zamawiający specyfikuje inny odczynnik: di-Sodu wodorofosforan 12 . hydrat CZDA, a nie potasu wodorotlenek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na skrócenie daty ważności do 31.03.2021.

Pytanie 9 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 28

Czy Zamawiający akceptuje produkt Potasu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118851934? Uzasadnienie:

Ujęte w przedmiocie zamówienia parametry wskazują na produkt Avantor, nr kat. 885193111, natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 31.01.2021.

Odpowiedź:

W Pakiecie Nr 3 poz. 28 Zamawiający specyfikuje inny odczynnik: Wodoru nadtlenuk roztwór 30% CZDA, a nie potasu wodorotlenek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na skrócenie daty ważności do 31.01.2021.

Pytanie 10 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 32

Czy Zamawiający akceptuje produkt Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252?
Uzasadnienie: W przedmiocie zamówienia wskazano producenta "Poch", natomiast aktualnie dostępna w sprzedaży seria produktu tego producenta posiada datę ważności 31.01.2021.

Odpowiedź: *Zamawiający akceptuje produkt Sodu wodorotlenek cz.d.a. firmy Chempur, nr kat. 118109252 - w takiej samej wielkości opakowania jak wyspecyfikowana.*

Pytanie 11 – dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt z terminem przydatności do 31.03.2021 r. Nie są dostępne inne serie tego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje produkt z terminem przydatności do 31.03.2021 r.

Załączniki

1 x certyfikat do odpowiedzi na pytanie Nr 5

1 x certyfikat do odpowiedzi na pytanie Nr 6